

4. 정도관리 검사 결과 보고 관리 미흡

「진단검체검사 검사과정 관리 지침」은 정확한 검체검사를 위하여 외부정도관리를 실시하지 않는 검사종목의 경우 6개월에 1회, 타기관의 검사실과 proficiency test를 시행하여 그 결과를 비교·점검하도록 하고, 결과 수령 후 1개월 내 분석 및 평가서를 작성·보고하도록 규정하고 있다.

2018~2019년 진단검사의학과 외부정도관리 미시행 검사 항목의 검사실 간 proficiency test 분석 및 평가서 확인 결과, B-Lipoprotein 외 2건의 검사가 정도관리 분석 결과보고 기한을 넘겨 최대 75일까지 지연 보고되었다.

[표 6] 검사실 간 proficiency test 지연 보고 현황

(단위 : 일)

연번	검사항목	검사 시행일	결과 보고 기한	결과 보고일	지연 일수
1	B-Lipoprotein	2018. 09. 19.	2018. 10. 18.	2018. 12. 31.	75
2	Blood gas	2018. 10. 23.	2018. 11. 22.	2019. 01. 07.	47
3	B-Lipoprotein	2019. 10. 08.	2019. 11. 07.	2020. 01. 07.	62

<조치할 사항>

【시정】 앞으로 「진단검체검사 검사과정 관리 지침」에 따라 관련 업무를 적절하게 처리하시기 바랍니다.

【관련자】 ○○○○ ○급 ○○○, ○○○