

5. 임의사용(데모) 의료기기 관리 미흡

「의료법」 제23조의5 제2항에 따라 의료기관은 의료기기 판매업자 또는 임대업자로부터 의료기기 채택·사용유도·거래유지 등 판매촉진을 목적으로 제공되는 경제적 이익을 받아서는 아니 된다. 다만 견본품 제공의 행위는 「의료기기 유통 및 판매질서 유지에 관한 규칙」에서 허용하는 경제적 이익 등의 범위에 해당되며, 구매 전 의료기기 성능을 확인하는데 필요한 최소기한으로 1개월을 넘을 수 없도록 규정하고 있다.

칠곡병원 □□□과는 2019년 제8차 칠곡경북대학교병원의료기기위원회를 개최하여 임의사용(데모)의료기기 등록 신청방식을 서면신청서 제출에서 MIS 전산시스템이용 방식으로 변경하였고, 원내 게시판 알림장(게시번호-915, 2019. 12. 10.)을 통해 2020년 1월 부터 ‘임의사용의료기기 임시 등록 신청서’를 전산시스템을 통해 제출하도록 안내하였다.

그러나, □□과는 의료기기 도입 전 성능 확인을 위하여 견본(데모) 장비를 제공받아 사용한 바 있으나, 수기 또는 MIS 전산시스템을 통한 임의사용의료기기 등록 신청서를 □□□과에 제출한 이력은 확인되지 않았다.

[표 6] 임의사용(데모)의료기기 사용 현황

연번	품명	규격	공급처	사용 기간
1	핵산추출기	TANBead	□□□□□□□□	2017. 12. 14.~ 종료일 증빙 없음
2	PCR System	CFX96	□□□□□□□□	2018. 5. 24.~ 종료일 증빙 없음
3	HPV Auto System	PANA9600	□□□□□□□□	2019. 2. 20.~ 종료일 증빙 없음
4	핵산추출기	Maxwell48	□□□□□□□□	2020. 9. 8.~ 9. 16.
5	핵산추출기	Panamax48	□□□□□□□□	2023.2.23.~ 종료일 증빙 없음
6	Slide Glass Printer	ESP-0001	□□□□□□	2019년, 데모 기간 증빙 없음
		Slidemate AS	□□□□□□	
		Perma S	□□□□□□	

<조치할 사항>

【시정】 견본(데모) 의료기기는 병원에서 정한 임의사용의료기기 등록 신청

절차를 거친 후 사용하기 바랍니다.

【관련자】 □□□□ □급 □□□