

일련번호	○○○○○○원7
수령자	◇◇◇◇원장

현지조치 요구서

2021년도 ●●●●◇◇◇◇원에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 03. 31.

△△△△공단 감사반장 ○○○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
●●●●◇◇◇◇원	2021	현지조치	-	-

제 목 : 자동심장충격기(AED) 보관함 비상연락처 부착 등 필요


(현 황)

- 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 함.

(위법부당내용)

- ○○○○◇◇◇◇원은 총 2대의 자동심장충격기(AED)를 설치·운영하고 있으나, 보관함에 AED 보관함을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)가 미부착 되어 있으며, 보관함 내부에는 정기점검 체크리스트가 미비치 되어 있음.

- 현황사진



자동심장충격기(AED) 보관함 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○◇◇◇◇원】
 - AED 보관함 알림 표시 및 비상연락처 부착, 정기점검 체크리스트 내부 비치 필요.