

일련번호	△△△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 07. 07.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : AED(자동심장충격기) 보관함 비상연락처 부착 필요

(현 황)

○ 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 자동심장충격기 설치시에는 스탠드형, 벽걸이형 등 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 보관함 외부에 보관함을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하며, 보관함 내부에는 사용방법 안내문과 정기점검 체크리스트를 함께 비치하도록 하고 있음. 또한 고정형 자동심장충격기가 설치된 건물 입구와 내부에는 자동제세동기가 설치되어 있음을 알 수 있도록 국제표준화기구 표준안에 근거한 설치안내(방향표시 등) 표지를 부착하여야 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△△(△△분소)에서는 해양자원 보전 등을 위해 다목적 순찰선(△△△호)을 운영 중에 있으나, 응급상황을 대비해 선내 보관하고 있는 AED(자동심장충격기)의 경우 보관함에 비상연락처(담당 부서, 담당자 등)가 미부착 되어 있음

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - AED(자동심장충격기) 비상연락처 부착 필요