

일련번호	△△△-2
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 02. 18.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2022	현지조치	-	-

제 목 : △△△ 분소 휴대용 심장충격기(AED) 보관방법 개선

(현 황)

△△△△△△△ △△△분소는 현장에서 발생하는 심장돌연사 사고의 신속한 조치를 위해 휴대용 심장충격기(AED)를 운영하고 있으나 벽부형 보관함 등 고정, 잠금된 별도 시설 없이 끈으로 걸어서 보관하고 있어 분실의 우려가 있는 바 보관 관리 개선이 필요함

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 별도 보관함 설치 등 관리 개선 필요