

일련번호	△△△△△-21
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 04. 07.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : AED보관함 정·부 성명 및 연락처 부착 필요

(현 황)

- 자동심장충격기(AED) 관리 및 사용방법에 대한 보건복지부 가이드라인에 의거 보관함 외부에 보관함임을 알릴 수 있는 표시와 비상연락처(담당부서, 담당자 등)를 부착하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△△△△(△△△분소)에서는 △△△탐방안내소에 응급 상황을 대비하여 벽걸이형 자동심장충격기(AED)를 운영 중에 있으나, 보건복지부 AED 관련 가이드라인에 의거 보관함에 담당자 부서 및 담당자, 비상연락처 등을 부착하여 운영할 필요가 있음

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△】
 - AED보관함 정·부 성명 및 연락처 부착 필요