

구분	지적사항	처분	소속
15	◦ AED(자동심장충격기) 운영·관리 소홀 - AED 보관함에 관리책임자를 미지정 - 패드 및 배터리 유효기간을 미표시 - 월별 점검표 미작성 ⇒ 관리담당자 표시 등 AED 관리 업무 철저 필요	시정2	강릉경찰서 교통주검소