

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 마약류 CCTV 관리에 관한 사항
2. 관계기관 : ◆◆○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

◆◆○○○병원 ◆◆●실에서는 마약류 관리에 관한 법률에 따라 마약 및 향정신성의약품 입고에서부터 투약 관리 업무, 잔여마약류 보관·폐기 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「마약류관리에 관한 법률 시행규칙」제26조(마약류의 저장)에 따르면 마약은 이중으로 잠금장치가 설치된 철제금고에 저장하도록 하고 있고, 공단 「마약류 관리지침」제6조 (마약류취급자가 준수하여야 할 사항)에서는 마약류 저장시설이 있는 장소에 무인 경비장치 또는 CCTV 등을 설치하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ◆◆○○○병원 ◆◆●실에서는 약품창고에 설치된 마약금고, 잔여 마약류를 보관하고 있는 △△약국 마약금고에 CCTV 등을 설치하여 사고마약류 발생방지를 위한 마약류 관리를 철저히 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21.7월 감사일 현재 ◆◆○○○병원 마약류 관리 실태를 확인한 결과 잔여 마약류를 보관하고 있는 △△약국 마약금고에 설치된 CCTV 모니터는 감사 현장 점검일 기준 #일전, #일전, 고장 당일 등 여러 차례 수리 요청을 하였음에도 반영되지 않아 마약류 취급자 기록을 확인할 수 없었으며, ◆◆●실 약품창고의 마약금고 CCTV(경비장치는 별도 설치 되어 있음)는 약품박스 적재로 시야를 가로

막아 마약금고 감시 기능을 하지 못하고 있는 것을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견 : ◆◆○○○병원은 감사의견을 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ◆◆○○○병원장은

- △△약국 마약류 감시 CCTV 모니터 수리, 약품창고 마약금고 감시 CCTV 시야확보 등 시정 완료하였습니다.(현지조치)