

통 보

1. 제 목 : 혈액투석장비 유지보수에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○●●●●병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○●●●●병원에서는 혈액 투석 환자 진료를 위하여 혈액투석 재료 구매 계약을 체결하고, 그에 따라 [표 1]과 같이 혈액 투석 장비를 무상 임대하여 운영하고 있습니다.

[표 1] □□□□실 혈액투석 장비 현황

장비명	대 수	계약기간	비 고

나. 관계법령 및 판단기준

본 계약 「장비임대계약 특수조건」 제7조(장비유지보수)따르면 계약상대자는 월 1회 이상 정기적으로 장비를 점검해야 하며, 정기점검 실시 후 병원의 장비 운용 책임자에게 점검 보고서를 제출하도록 정하고 있으며,

공단 「물품관리시행세칙」 제19조(주요장비 점검계획)에서는 장비운용책임자는 주요장비를 지속적으로 점검을 실시하여 항상 사용할 수 있는 상태로 유지 관리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 장비가 정상적으로 운용되어 환자 진료에 차질이 없도록 관리하기 위하여, 매월 임대 장비 업체의 정기점검 실시 결과 보고서를 제출 받음으로써 장비의 운영 상태를 확인하고, 문제 발생 시 신속하게 고장 수리나 추가 점검을 요청하는 등 체계적으로 장비 관리를 해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○병원 인공신장실 혈액투석장비 관리 현황을 확인한 결과, 혈액 투석기 ##대를 '18.12월 ~ '21.11월까지 #년 기간으로 계약을 체결하면서 계약만료시점에 계약문제 여부를 판단하여 #년간 계약을 자동연장 할 수 있다는 조건을 근거로 '21.12월 #년 연장계약을 하였지만, 기존 계약 특수조건에서 명시한 장비 업체의 정기점검에 대한 정기 보고서 제출 관리가 되지 않았고, #년 연장 계약 시에도 동일한 계약조건을 명시하였지만 여전히 정기점검 보고서는 정기적으로 장비운용책임자에게 제출 관리 되고 있지 않았습니다.

특히, 장비 업체의 필터 교체 등을 위한 비정기 방문 시 장비 점검이 이루어지고 특이상황이 있을 때 장비운용책임자에게 그 내용이 공유되고 있다고는 하나, 장비운용책임자는 임대 장비의 정기점검 보고서 등 객관적 자료를 제출받아 그 적정성을 관리·감독하는 등 임대 장비의 체계적인 유지보수 관리가 필요한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○병원장은

- 혈액투석장비의 정기점검 보고서를 제출 받는 등 임대 장비의 유지보수 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)