

부서경고 및 통보

1. 제 목 : 약제물품 관리 및 사건사고 보고 부적정
2. 관계기관 : ■■■■실, ㉠㉡㉢㉣병원
3. 내 용

가. 업무개요

㉠㉡㉢㉣병원은 국가유공자 등 진료에 있어 외래환자 및 입원 환자를 위한 약제 관리·조제를 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「약사법」제47조(의약품등의 판매 질서) 제1항 제4목에 따르면 의약품공급자, 약국등의 개설자는 불량·위해 의약품 유통 금지, 의약품 도매상의 의약품 유통품질관리기준 준수 등 의약품등의 안전 및 품질 관련 유통관리에 관한 사항으로서 총리령으로 정하는 사항을 준수하여야 하며, 「생물학적 제제 등의 보관 및 수송에 관한 규정」 제2조(자동온도기록장치의 검정·교정)에 따르면 생물학적 제제등의 보관 시설 및 수송설비에 설치된 자동온도기록장치의 검정·교정을 주기적으로 실시하기 위하여 검정·교정 계획을 수립하고, 이에 따라 검정·교정을 해야 한다고 정하고 있습니다.

이와 관련하여 「3주기 의료기관인증 ㉠㉡㉢㉣병원 규정」 제4장 의약품관리 4.3 의약품 보관 제6호 주의를 요하는 의약품 보관 및 관리 나항 대상 및 보관 방법에 따르면 적정온도가 유지되는 의약품 전용 냉장고나 온도계가 부착된 별도의 냉장고에 보관하고 의약품을 보관 중인 냉장고는 냉장(2~8℃)이 유지되도록 관리하여 냉장고 온도 점검일지에 기록하며,

의약품 전용 냉장고 온도 이상 발생 즉시 관련 직원에게 알릴 수 있는 시스

템을 구비하고 연락 체계를 정하여 처리하며, ▲▲실 내 냉장 의약품은 오토콜 시스템(ACS, Auto Call System)을 갖춘 의약품 전용 냉장고에 보관하도록 정하고 있습니다.

공단 「물품관리시행세칙」 제5조(물품관리직등)에서는 공단은 물품의 취득, 보관, 사용 및 처분 등 적절한 관리를 위하여 본사와 산하 단위 기관에 물품관리책임자(이하 관리책임자), 물품출납담당(이하 출납담당), 물품운용책임자(이하 운용책임자)를 두고, 그 직에 보직됨으로서 임명된 것으로 한다고 정하고 있으며, ㉠㉠병원의 물품유형별 물품관리 및 운용책임자는 [표 1]와 같습니다.

[표 1] ㉠㉠병원 물품관리 및 운용책임자(물품관리시행세칙 별표1)

또한, 같은 지침 제6조(물품관리의 총괄)에 따르면 공단이 소유하는 물품을 총괄 관리하기 위하여 본사에 자산구분별 물품관리 총괄책임자(이하 관리총괄책임자)를 두고, 재고자산의 관리총괄책임자는 해당 사업부서장에 보직됨으로써 임명된 것으로 본다고 정하고 있으며, 같은 지침 제30조(망실 또는 훼손의 보고) 제1항에 따라 출납담당과 운용책임자는 그가 관리하는 물품의 망실 또는 훼손을 발견하였을 때에는 지체없이 관리책임자에게 보고하여야 합니다.

아울러 같은지침 제32조(손망실처리위원회의 조치사항)에 따르면 손망실 처리위원장(행정지원실장)은 손망실보고서가 접수되면 처리위원회를 소집하고 손망실 사항에 대하여 검토 처리하며, 처리결과에 의하여 이를 이사장에게 보고하여야 합니다.

이에 공단 「감사규정」 제44조(사고보고) 및 「감사규정시행세칙」 제16조(사고보고)에서는 감사대상기관의 장은 소관업무와 관련하여 형사책임에 관련된 사고, 감봉 이상의 징계에 해당하는 사고, 500만 원 이상의 변상책임에 해당하는 사고, 500만 원 이상의 현금·유가증권·기타의 망실 또는 훼손, 그 밖에 긴급을 요하는 중대한 위법부당 중 어느 하나에 해당하는 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 지체없이 그 내용을 서면으로 감사와 이사장에게 보고하여야 하며,

다만, 그 내용이 중요하여 긴급히 보고할 필요가 있는 경우에는 구두로 보고할 수 있다고 정하고 있습니다. 또한 사고에 대하여는 상세한 조사내용, 손해의 정도, 사후 수습상황, 처리대책과 전망 및 사고자의 신상, 대책 등을 사태의 추이에 따라 추가로 보고하여야 한다고 명시하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원은 환자진료를 위한 물품을 적정한 방법에 따라 보관할 의무가 있으며, 일정액 이상의 망실 또는 훼손 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우, 기관장 명의하에 이사장과 감사에게 보고를 해야 하며, 사후 처리 과정에서 사태의 추이에 따라 보고를 실시할 의무가 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 ○○○○병원 종합감사 시 ▲▲실에서 ■■■■실에 보고된 손망실위원회 개최요청 관련 실태를 조사한 결과, [표 2]와 같이 '23.12.31. 12시 경에 발생한 약품보관 냉장고 고장으로 인해 #중(₩₩원)이 [표 3]과 같이 냉장보관 기준대비 높은 온도에 20시간 노출되어 이후 변질 및 손상으로 약품으로써의 기능을 상실한 것으로 추정되어, 이 중 제약사 및 도매상을 통하여 #중(₩₩원)을 반품 및 교환하여 최종적으로 #중(₩₩원)의 손망실이 발생하였고, 이에 대하여 '24.7월 손망실처리위원회 개최를 요청한 것으로 확인하였습니다.

[표 2] ▲▲실 냉장고 고장으로 인한 손망실 발생 경과

[표 3] 사고 발생일 냉장고 온도 그래프

이와 관련하여 주말 및 휴무일 당직근무 체계를 점검한 결과, 사고 발생 시 '23년 사고발생 기준 ▲▲실 당직근무의 경우 [표 4]와 같이 약사 #명(정원대비 현원 비율 &%) 수준으로 운영하여 ▲▲실장 및 약제부장을 포함한 모든 약사가 당직 근무를 실시하는 비상체계로 운영되고 있었으며, 약제창고의 경우, 격주로 토요일에 담당자 1명이 출근하는 형태로 운영되어 있으며, 상대적으로 업무량이 많음에도 부산지역 약사 인력 구인난으로 인한 인력부족으로 인해 ▲▲실에서 근무하는 인력이 지하에 위치한 냉장고 실시간 상태 확인이 불가하여 오토콜 시스템을 설치하여 이상 발생시 오토콜을 통한 담당자 호출을 통한 대처방안을 수립·시행하고 있었음을 확인하였습니다.

[표 4] ○○○○병원 약무직 현원 및 업무량

그러나 사고일 당시 냉장고에서 온도상승에 따른 알람이 울렸으나, [표 5]와 같이 오토콜 시스템과 냉장고를 연결하는 케이블이 빠져있어 담당자가 고장 사실을 인지할 수 없었던 것으로 확인되었으며, 이와 관련하여 ▲▲실내 설치된 감사기간 중 '23.10.29.~'23.11.5. CCTV를 확인하였으나, 최종 정상 작동 확인일인 '23.4.1. 이후 '23.4.25.까지 CCTV가 용량부족으로 삭제되어 확인이 불가능하였으며, 이후 사고 발생일까지 CCTV를 확인하였으나, 오토콜 장비를 조작하여 케이블이 빠지게 된 경위를 확인할 수 없었습니다.

[표 5] 사고 발생당시 냉장고 사진 및 현재 냉장고 사진

또한, ○●○○○병원 ▲▲실에서는 사고 발생 후 타 대학병원 및 민간병원의약품냉장고 관리실태를 벤치마킹하여 ▲▲실 당직체계를 개편 등 주말 및 휴무일에도 ▲▲실 당직자가 일 2회 약제창고에 냉장고 이상여부를 직접 확인하는 절차를 추가하고 있음을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

○●○○○병원에서는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ▲▲이사는

- 「물품관리시행세칙」에 따라 냉장고 고장사고로 인해 발생한 손망실 의약품 #중에 대하여 손망실처리위원회를 개최하여 처리하여 주시기 바랍니다.(통보)

○ ○●○○○병원장은

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 ▲▲실에 「부서경고」 조치하시기 바랍니다. (부서경고)