

통 보

제 목 신규 식별제 시험기기 보정 절차 개선 필요
소 관 부 서 ◆◆처
내 용

시험실에서 수행하는 시험분석 업무와 관련한 일반적인 사항과 시험 결과의 정확성 및 신뢰성에 영향을 미치는 요인들을 체계적으로 관리하기 위하여 ◆◆처는 「시험실 운영요령」을 운영하고 있다. (이하 “요령”이라 한다)

요령 제7조(시험정밀도 유지)에 따르면 시험 오차를 최소로 줄일 수 있도록 시험기기를 보정하여야 하며, 세부 운영사항은 요령 제10조에 따라 「시험실 운영 매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)을 준용하도록 규정하고 있다.

매뉴얼 제6장(측정의 소급성)에 따르면, 시험기기는 내부보정 주기에 따라 인증표준물질(CRM) 또는 일반표준물질(RM), 작업표준물질(WRM)을 이용한 내부보정을 시행하고 그 결과를 기록하고 시험팀장은 시험기기의 교·보정기록을 관리하도록 규정하고 있다.

따라서, 시험실 운영책임자 및 기기 담당자는 시험기기 측정의 소급성을 확보하기 위해 시험기기 교·보정 주기를 준수하여 보정을 시행하고 교·보정기록을 관리하여야 한다.

그리고 종합감사 기간에 시험실별 시험기기 보정 현황을 점검한 결과 ○○○○○본부 등 5개 본부¹⁾의 시험기기는 보정 주기에 따라 시험기기를 보정하고 있음을 확인하였다.

1) ○○○○○본부, ●●본부, ◎◎◎◎본부, ◇◇◇◇본부, □□본부

그러나 보정 주기가 '측정일'인 신규 식별제 시험기기(GC-MS)는 보정 주기에 따라 시험기기를 보정하고 있음을 확인하였으나, 보정일지 작성 누락이 5개 본부에서 다수 발생하고 있는 사실을 확인하였다.

[표 5] 부서별 신규 식별제 시험기기(GC-MS) 보정일지 작성 누락 현황

부서명	상세내용	비고
○○○○○본부	○비정상 분석사례 24회 모두 보정 후 시험일지를 작성하였으나, 그 중 22회 사례의 보정일지 미 작성 및 시험기기 이력카드에 미 첨부 함	보정주기인 '측정일'에 따라 시험기기를 보정하고 있으나, 보정 내역, 보정일지 일부 미첨부
●●●본부	○비정상 분석사례 12회 모두 보정 후 시험일지를 작성하였으나, 그 중 7회 사례의 보정일지 미 작성 및 이력카드에 미첨부 함	
○○○○○본부	○비정상 분석사례 10회 모두 보정 후 시험일지를 작성하였으나, 10회 모두 보정일지 미 작성 및 이력카드에 미첨부 함	
◇◇◇◇본부	○비정상 분석사례 18회 모두 보정 후 시험일지를 작성하였으나, 18회 모두 보정일지 미 작성 및 이력카드에 미첨부 함	
□□본부	○비정상 분석사례 19회 모두 보정 후 시험일지를 작성하였으나, 19회 모두 보정일지 미 작성 및 이력카드에 미첨부 함	

관련 부서는 신규 식별제 시험기기(GC-MS)는 보정 주기(측정일)에 따라 시험기기를 보정하고 있으나, 보정일지 서류작성 분량이 많아 업무적으로 상당한 부담이 되며, 시험기기 보정제도의 개선²⁾이 필요함을 감사실에 건의하였다.

조치할 사항

◆◆처장은 시험기기 보정일지 작성에 대한 합리적인 방안을 검토하고, 시험실 운영 매뉴얼 개정 시 반영하여 주시기 바랍니다. (통보)

2) 정량이 필요한 경우 보정일지 작성, 시험일지에 보정내역 첨부 시 보정일지 작성으로 인정 등 매뉴얼 개선 요청