

제 목 계측용 시험장비 교정 관리 강화 필요
소 관 부 서 □□□□□□□ ◆◆◆◆
내 용

1. 업무 개요

△△△ ▮▮▮▮▮▮은 한국석유관리원 보유 계측기기의 정밀도 확보 및 소급성 제고를 위한 시험용 계측기기 교정 계획을 매년 수립하고 교정 계획에 따라 계측기기별 적정 주기로 교정을 시행하고 있다.

이에 ▮▮▮▮▮▮은 '23년 8분야 100점, '24년 7분야 66점에 대해 교정 계획을 수립하여 전 본부에 시행하고 그 결과를 보고 받았다.

2. 관계법령 등(판단기준)

「국가표준기본법」 제14조(국가교정제도의 확립) 및 국가기술표준원 고시 제2021-98호「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따라 측정기기를 보유 또는 사용하는 자는 주기적으로 해당 측정기기를 교정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○○○○○은 매년 계측용 시험장비에 대한 교정 계획을 수립하여 그 결과를 본부로부터 보고받고 있으나 시행 여부만을 확인하고 교정

기간 초과 여부에 대해서는 관리를 하고 있지 않았다.

이에 본부의 시험용 계측기기 중 일부가 교정기간을 초과하여 교정이 이루어지고 있어 매년 종합감사 시 지적사항이 발생하고 있다.

[표 6] 시험용 계측기기 교정기간 초과[’24년 본부 종합감사 지적]

번호	품명	모델명(단위)	제조사	교정주기	'22년 교정일	'23년 교정일	본부

또한 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에서 측정기기에 대해 재교정주기는 지침에서 정한 교정주기를 설정하도록 권고하고 있다.

그러나 「시험실 운영 매뉴얼」 50.5.4에 교·보정 시기를 이전 보정일 주기에 +1개월 기간으로 정하여 운영하고 있어, 측정기기의 교·보정 기간 산정 근거를 찾을 수가 없다.

관계부서 의견

○○○○○은 본부의 시험용 계측기기 교정주기가 초과하지 않도록

관리를 철저히 하겠으며, 시험기기별 교·보정 설정 주기를 검토 후 보완 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□은 본부의 계측용 시험장비에 대한 교정기간이 초과되는 사례가 발생하지 않도록 관리를 철저히 하여 주시기 바라며, 측정기기의 소급성 유지를 위해 「시험실 운영 매뉴얼」에 기재된 교·보정 시기에 대해 검토하여 주시기 바랍니다. (권고)