

[붙임] 감사결과 처분요구사항 명세

감사결과 처분요구사항 명세

제 목 검사용 측정기기 교정 부적정
 소 관 부 서 ○○본부
 내 용

1. 업무개요

한국석유관리원은 「석유 및 석유대체연료 사업법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 및 「석유유통검사업무규정」, 「액화석유가스 정량 검사업무규정」에 따라 석유제품에 대해 정량미달 판매행위 점검을 수행하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

정량미달 판매행위 점검 업무에 사용되는 측정기기는 「국가표준 기본법」 제14조, 「계량에 관한 법률」 제39조 및 「교정대상 및 주기설정을 위함 지침」, 「석유유통검사업무규정 시행세칙」 제16조에 따라 측정기기 간의 소급성을 높이기 위하여 기기의 교정주기가 끝나기 전에 다시 교정을 받아야 한다.

따라서 검사업무를 수행하는 부서에서는 검사기기별로 교정주기(12개월, 24개월, 36개월)를 확인하여 교정주기가 도래하기 전에 검사기기의 교정을 받아 검사업무를 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 감사기간 동안 ㉠㉡본부의 검사기기 교정 현황을 검토한 결과 정량검사용 기준부피탱크 5기, LPG 정량검사 측정기기 4기가 교정 주기를 벗어난 것을 확인하였다.

【표5】 검사업무 측정기기 교정 현황

구분	기기번호	교정만료일	최근교정일자	비고	교정주기
정량검사용 기준부피탱크	11-51	0000.00.00	****.**. **	20L	2년
	09-803	0000.00.00	****.**. **	20L	
	15-102	0000.00.00	****.**. **	20L	
	06-04	0000.00.00	****.**. **	35L	
	10-503	0000.00.00	****.**. **	50L	
일체형 온도계	51	0000.00.00	미교정	LPG 정량검사 측정기기	1년
일체형 온도계	61	0000.00.00			3년
일체형 밀도계	51	0000.00.00			
일체형 밀도계	61	0000.00.00			

조치할 사항

㉢㉣본부장은 검사업무 측정기기의 교정주기 도래 전 교정을 실시하여 소급성이 지속적으로 유지될 수 있도록 하며, 유효기간이 초과한 측정기기의 사용을 금지하고 시일 내에 교정을 실시하여 업무를 진행하여 주시기 바랍니다. (경고)