

[붙임] 감사결과 처분요구사항 명세

감사결과 처분요구사항 명세

통 보

제 목 시험재원 이력관리시스템 활용 미흡
소 관 부 서 □□□□본부, ○○본부, ☆☆☆☆본부
내 용

1. 업무개요

관리원에서는 시험업무 효율화를 위하여 2020. 8. 10. 「시험재원 이력 관리 시스템」(이하 “이력 관리 시스템”이라 한다)을 구축하여 시험 장비 기기 이력 관리와 시험용품 입출고를 관리하고 있으며 2020. 12. 29. 개정된 「시험실 운영 매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)에 따라 이력 관리 시스템을 운영하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

“매뉴얼” “제4장 시험기기” 16.4에 따르면, 기기담당자는 “이력 관리 시스템”에 시험기기 이력카드 작성과 관련 자료를 보관하여야 하며, 16.3에 따라 시험팀장 등 운영책임자는 기기담당자의 임무수행을 확인·지도하며, 기기 관리와 운용에 관하여 책임을 지도록 정하고 있다.

이와 관련하여, 시험기기를 수리할 경우 기기담당자는 이력카드에 수리 내역을 기재하고, 수리 관련 보고서를 “이력 관리 시스템”에 첨부하여 운영책임자에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○○본부, ☆☆본부, ㉠㉠㉠㉠본부는 시험기기 수리현황이 있음에도 “이력 관리 시스템”에 시험기기 수리 내역을 확인할 수 있는 수리 내역서(또는 수리결과 보고서)가 일부 미 첨부한 사례가 확인되었다.

【표8】 기기 수리내역 이력 관리 시스템 첨부 미흡 현황

번호	본부명	기기명	수리현황	수리일	이력관리 시스템	
					수리현황 기록	수리내역서 첨부
1	○○○○본부	윤활성 기기	부품구매 후 자체 수리	2023-03-13	X	X
2	"	옥탄가 기기	부품구매 후 자체 수리	2023-06-20	X	X
3	"	GC-MS	업체 방문 기기 점검	2023-08-28	X	X
4	"	리포물라이저	업체 방문 기기 점검	2023-12-15	O	X
5	■■■본부	CFPP	압력펌프 진공관 수리	2022-07-21	O	X
6	"	GC(7890B)	히터센서 수리	2022-08-31	X	X
7	"	미니증기압	펌프고장수리	2023-06-07	X	X
8	"	동점도	Position sensor 등 교체	2023-08-17	X	X
9	●●●●본부	GC-MS	Vaccum gauge 교체	2023-03-28	O	X
10	"	GC-MS	Gauge Control 교체	2023-03-29	O	X
11	"	검시험기	무접점릴레이 등 교체	2023-06-15	X	X
12	"	ICP	Tubing Connector 등 교체	2024-05-21	O	X

조치할 사항

대구경북본부장, 강원본부장, 광주전남본부장은 시험실 운영 매뉴얼을 준수하여 “이력 관리 시스템”으로 시험기기 수리 현황을 철저히 기록 관리하시기 바랍니다. (통보)