

통 보

제 목 시험재원 이력관리시스템 활용 미흡
소 관 부 서 ◎◎본부
내 용

1. 업무개요

한국석유관리원에서는 시험업무 효율화를 위하여 '20. 8. 10. 「시험재원 이력관리시스템」(이하 “이력관리시스템” 이라 한다)을 구축하여 시험기기 이력 관리와 시험용품 입출고를 관리하고 있으며 '23. 6. 28. 개정된 「시험실 운영 매뉴얼」(이하 “매뉴얼” 이라 한다)에 따라 이력관리시스템을 운영하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

매뉴얼 “제4장 시험기기” 16.4에 따르면 기기 담당자는 소관기기에 대하여 이력관리시스템 내 시험기기 이력카드의 작성과 관련 자료의 보관을 성실히 수행하여야 하며, 매뉴얼 32.2.13에 따라 시험기기 이력카드에는 도입 및 담당업체 정보, 교정, 수리 및 관리상태 등 중요한 기록을 유지하여야 한다.

이와 관련하여, 기기 담당자는 이력관리시스템 내 기기별 시험기기 이력카드에 교정, 수리 내역 등을 작성·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○본부는 기존 분광광도계(UV/Vis)가 고장으로 교체되어 이력관리시스템 내 업데이트를 해야됨에도 불구하고, 기존 시험기기(aaaaaaa) 이력카드에 교체 여부를 기록하였으며, 현재 사용하는 시험기기(bbbbbbb)의 보정일지를 기존 시험기기(aaaaaaa) 이력카드에 등록하였다.

【표 2】 시험자원 이력관리시스템 장비관리 현황

번호	자산번호	장비명	모델명	설치장소	사용여부
1	aaaaaaa	분광광도계(UV/Vis, Mecasys)	-	○○본부	예*
2	bbbbbbb	분광광도계(UV/Vis, Mecasys)	-	▼▼▼▼본부**	예

* 기기 사용여부 및 상태 미변경(불용 예정으로 미사용)

** 설치장소(▼▼▼▼본부 → ○○본부) 미변경

조치할 사항

○○본부장은 시험실 운영 매뉴얼을 준수하여 현재 ○○본부에서 사용 중인 시험기기를 이력관리시스템에 등록하여 이력관리를 하시기 바랍니다. (통보)