

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [6] 측정 및 시험장비 관리 미흡

관 련 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, ㄱ 등 ##종의 시험장비를 보유하고 있다.

그리고 ●발전소는 침수사고 이후 관리하던 시험장비를 모두 불용처리하고 20##. #. #. 휴대용 계측기 및 시험기(ㄱ 등 ##종 ##대, ##,###천 원) 구매계획을 수립하면서 측정 및 시험장비 관리시스템(MTES)에 등록 및 주기적 검교정 시행으로 건전성을 확보하겠다고 하고 구매하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣ 표준절차서 「시험장비 관리」에 따르면 ♣·♣발전소의 안전성 및 신뢰도를 확보하기 위해 발전설비의 각종 점검 및 시험에 사용되는 장비의 신뢰도와 정밀도를 합리적으로 관리 운영하여야 한다고 규정되어 있다.

또한 우리회사는 전사의 측정 및 시험장비 유지 관리를 위하여 “측정 및 시험 장비 관리 시스템”을 개발하여 사용하고 있다.

따라서 ●발전소는 보유한 측정 및 시험장비를 시스템에 등록하여 유지 관리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ●발전소 측정 및 시험장비 관리현황을 점검한 결과 대출관리, 교정관리, 교정자 자격관리 등은 절차에 따라 관리되지 않고 있고, ##중 모두 교정일자가 초과되었으며 측정 및 시험장비 관리시스템에도 등록되지 않아 이에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ●발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 관련절차서에 따라 측정 및 시험장비가 관리되도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●발전소장은

- ① 보유하고 있는 ##중의 시험장비에 대한 교정결과를 즉시 측정 및 시험장비 관리시스템에 등록하시고 앞으로는 측정 및 시험장비 관리 시스템을 통한 관리를 하시기 바라며,(통보 1)
- ② 대출관리, 교정관리, 교정자 자격관리 등 절차서에 따라 관리될 수 있도록 조치 하시기 바랍니다.(통보 2)