

시약과 폐시약의 식별 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	개 선 1 시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 「폐시약 관리 내칙」에 따라 불용판정된 시약(폐시약)은 사용가능한 시약과 분리되어 관리가 되어야 하나 폐시약을 사용가능한 시약과 혼재하여 보관하고 있으며, 창고 내 시약 냉동고, 냉장고 등 설비 점검이 미흡함.

지 적 내 용

- 방사선보건원 ◆부는 연구과제 관리, 연구·의료용 자재관리 등을 담당하고 있다.
- 「물자관리규정」 제32조(물자의 저장방법)에 따르면,
 - “물자관리부서장은 물자의 기능이 상실 또는 훼손되지 아니하도록 해당 물자의 적절한 저장방법을 강구하여야 한다”고 되어 있고,
 - 방보원 사업소 내칙 「폐시약 관리 내칙」에 따르면 “폐시약은 사용(개봉) 후 재활용이 곤란한 시약, 유통기한을 초과하고 불용품으로 결정된 시약 및 기타 불용으로 결정된 시약을 말하며, 폐시약은 사용가능한 시약과 별도 관리될 수 있도록 하여야 한다”고 되어 있다.
- 그러나, 방사선보건원의 사용 가능한 시약과 폐시약 관리 현황을 점검한 결과,
 - 일부 폐시약의 경우 별도의 폐시약 관리 구역 없이 사용 가능한 시약과 혼재하여 보관하고 있었다.
 - 또한, 일반적인 시약창고 관리 점검표가 없어 체계적인 창고관리가 미흡한 상태였다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 폐시약을 따로 관리할 수 있는 구역을 지정하고, 시약 보관창고 점검표를 작성하여 주기적으로 창고 점검을 실시하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

방사선보건원장은 ① 폐시약의 경우 사용이 가능한 시약과 분리하여 관리하도록 폐시약 별도 보관 장소를 지정하여 운영하여 주시기 바라며,(시정 1)

② 창고 내시약 보관창고 설비 점검표를 작성하여 주기적으로 설비 점검을 실시하여 주시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	◆부
------	----

관련부서	
------	--