

자동심장충격기(AED) 설치 위치 안내표지판 부착 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	시 정 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 방사선보건원에 설치된 자동심장충격기(AED) 위치 안내표지판이 부착되지 않음.

지 적 내 용

- 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 제4항 및 보건복지부 지침 「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」(제6판, 2011. 7.) II. 자동심장충격기의 설치(설치 안내 표시 의무화)에 따르면,
 - “자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 설치한 자는 시설 출입구 또는 여러 사람이 보기 쉬운 곳에 사용 안내표지판을 부착하여야 한다.”라고 되어 있고,
 - “자동심장충격기가 설치된 건물 내부에서도 필요한 사람들이 신속하게 이용할 수 있도록 자동심장충격기의 설치 장소와 위치를 쉽게 알 수 있는 유도 안내판을 아래 [그림]과 같이 엘리베이터 입구에 설치하여야 한다.”라고 되어 있다.

[그림] 자동심장충격기(AED) 설치 위치 안내표지판(예시)



- 또한 자동심장충격기(AED, Automated External Defibrillator)는 심실세동이나 심실빈맥으로 심정지가 되어 있는 환자에게 전기 충격을 주어서 심장의 정상 리듬을 가져오게 해주는 도구로, 심정지 동반한 응급환자 발생 시 골든타임* 확보를 위해 철저한 관리와 점검이 필요하다.

* 응급환자의 소생률을 높이기 위한 시간으로 심정지 환자 발생 후 최초 5분을 의미

지 적 내 용(계속)

- 그러나 방사선보건원의 자동심장충격기(AED) 관리/점검내역 확인 결과,
 - 방사선보건원 사옥('==. 09.입주)에는 현재 총 *대의 자동심장충격기(AED)를 설치 후 운영·관리하고 있는데, 사옥 내 층별 출입구 또는 누구나 보기 쉬운 곳(승강기 입구)에 안내표지판이 부착되어 있지 아니하여 이에 대한 즉각적인 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 자동심장충격기(AED) 설치 위치 안내표지판을 즉시 부착함으로써 방사선보건원 사옥에서 누구나 쉽게 인지할 수 있도록 조치하겠다고 하였다.

조 치 할 사 항

방사선보건원장은 관련 법률 및 지침에 따라 누구나 쉽게 사옥에 설치되어 있는 자동심장충격기(AED)의 존재를 알 수 있고 응급환자 발생 시에 신속하게 바로 이용할 수 있도록 자동심장충격기(AED)의 설치 장소와 위치를 알려주는 안내표지판을 즉시 부착하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ■부

관련부서