

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보·시정요구

제 목 안전인증 전산 내 설비 등록 및 이력 관리 미흡

소 관 부 서 ●실

조 치 부 서 ●실

내 용

1. 업무 개요

●실은 승강기안전부품 및 승강기 안전인증을 위한 시험·검사설비를 보유하고 있다. 또한 보유하고 있는 시험·검사설비에 대한 이력관리를 위하여 기기번호를 부여하고, 설비의 이동·교정·수리 이력을 기록하여 관리하여야 한다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 관리규칙」(이하 ‘관리규칙’이라 한다) 제6조 제4항에 따르면 주관부서의 장은 검수결과 합격된 설비 중 이력관리 대상 설비에 대하여 기기번호, 교정내역 등을 전산에 입력하고, 설비 이력현황을 전산에 입력하여 필요시 출력 관리할 수 있다고 명시되어 있다.

관리규칙 제11조 제3항에서 이력관리 설비는 수리 시 그 내용을 전산에 입력 후 관리한다고 명시되어 있다. 또한, 같은 규칙 제18조에서 주관부서의 장은 교정성적서 및 교정 필증의 발급 여부를 확인하고, 교정성적서의 교정 결과 등을 검토한 후 전산에 교정 결과를 입력하여야 한다.

따라서 ●실은 전산에 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비 중 이력관리 대상인 설비에 대하여 기기번호, 교정 및 수리내역 등의 이력을 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●실은 감사대상 기간(2021. 3. ~ 2024. 4.) 동안 보유한 교정 대상 안전인증 시험·검사설비를 교정 및 수리를 실시하였으나, 실시된 교정 및 수리내역의 이력을 전산에 기록하지 않았다.

그 결과 안전인증 설비의 교정이력 전산 기록 누락으로 차기교정일 미준수 위험에 노출되었으며, 수리 이력 미등록으로 설비 운영의 효율성을 저하시켰다.

관계부서 의견 ●실은 전산에 등록되어 있는 설비에 대하여 교정성적서 및 수리 내역을 등록하여 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ●실장은

① 승강기안전부품 및 승강기의 안전인증 시험·검사설비의 교정 및 수리이력에 대한 전산 관리를 철저히 하시기 바라며,[부서(주의)]

② 미입력된 교정 및 수리이력을 전산에 입력하여 관리하여 주시기 바랍니다.
(시정)

③ 향후 유사사례가 재발되지 않도록 교정 및 수리 내역 관리 절차에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)