

번호	건명 및 내용	처분	관련부서 (기관)
30	■ ☞☞ 자성 계측기 검·교정 기록관리 미흡 ○ 내 용 ○○본부는 ☞☞를 공급하기 전 「☞☞ 검사요령」에 따라 보증검사를 실시하면서 ☞☞ 날장에 대한 자성을 측정하기 위해 ☞☞ 자성 계측기를 사용하고 있다. 한편 「품질경영 규정」 제XX조(계측시스템 관리)에 따르면 계측기기는 정기적으로 검·교정을 실시하여 그 결과를 기록 및 관리하도록 되어 있다. 그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 ○○본부 계측기기 관리 현황을 점검한 결과 ○○본부는 ☞☞ 자성 계측기 검·교정에 대한 기록 및 관리를 하지 않았다. ○ 조치할 사항 - ☞☞ 자성 계측기 검·교정에 대한 기록관리 철저	현지 주의	○○본부