

| 번호 | 건명 및 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 처분       | 관련부서<br>(기관) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 16 | <p><b>■ 시료 보관 금고 관리 불철저</b></p> <p>○ 내 용</p> <p>□□□□처는 ◆◆◆ 실험 업무를 수행하면서 ●●● 시료를 실험실 내 금고에 보관하고 있다. 해당 시료들은 순도, 중량 등을 확인한 후 의뢰 업체에 반환해야 하므로 취급·보관 중 훼손되거나 분실되지 않도록 하여야 한다.</p> <p>한편, □□□□처 건물은 사무실과 실험실이 분리되어 있고, 실험실은 인증의뢰 업체 직원의 출입이 빈번하게 이루어지고 있다. 따라서 실험실 내 금고 관리 담당자는 근무시간 중이라도 실험실을 비울 경우 시료의 도난, 분실 등이 발생하지 않도록 금고를 잠그고 그 열쇠는 안전하게 보관하여야 한다.</p> <p>그런데 감사기간 중 금고 관리 상태를 점검한 결과 금고 관리 담당자가 사무실 근무 등을 위해 실험실을 비웠음에도 시료가 보관된 금고의 열쇠를 방치한 사례를 확인하였다.</p> <p>○ 조치할 사항</p> <p>- 시료 보관 금고 관리 철저</p> | 현지<br>주의 | □□□□처        |