

1. 업무 개요

환경부 ◆◆◆◆처는 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 제22조 (시험기관의 지정 등)에 따라 화학물질의 물리적·화학적 특성 및 유해성에 관한 시험을 수행할 수 있는 시험기관으로 지정되어, 환경부에 흡입독성 시험시설과 환경유해성 실험실을 운영하고 있으며 GLP¹⁾ 관련 시험 업무 등을 수행하고 있다.

2. 판단기준

「화학물질 시험기관의 지정기준 및 관리기준 등에 관한 규정」(환경부고시 제 2018-23호, 2018. 2. 9.)에는 “시험기관에서 행해지는 시험의 계획·실행·점검·기록·보고되는 체계적인 과정과 이와 관련된 전반적인 사항 등의 우수실험실 운영규정을 포함한 화학물질 시험기관의 지정기준 및 관리기준 등에 관한 세부사항을 규정” 하고 있다.

그리고 ◆◆◆◆처에서는 “규정을 준수하여 GLP 시험시설을 운영·관리하기 위하여 표준작업수순서²⁾를 2021. 4. 1. 개정·시행” 하였으며, “관내 또는 관외의 Non-GLP 인원이 실험실에 출입할 경우 GLP 인원과 함께 동행하여 출입하고 퇴실한다.(SOP-3. 시설의 운영)” 고 정하고 있다.

「보안업무운영예규」(예규 제246호, 2021. 4. 26.) 제4장 시설보안에는 “공단재산의 보호를 위해 출입의 감시가 요구되는 지역을 제한지역 등 보호지역으로 설정하고, 보호지역의 출입을 통제” 한다고 정하고 있다.

1) GLP: Good Laboratory Practice, 우수실험실 운영규정

2) 표준작업수순서(Standard Operating Procedures): 사업계획서나 시험지침에 상세하게 기록되어 있지 않은 실험조작, 기기 정비 또는 점검 등의 실시 방법이나 순서를 기술해 놓은 문서[GLP 시험시설의 운영 및 관리, SOP No. Keco/LAB/001-07]

따라서 ◆◆◆◆처에서는 GLP 시험시설을 적절하게 운영·관리하기 위하여 외부인에 대한 출입 통제를 철저히 하고, 특히 근무시간 이후인 야간 및 심야에는 실험실을 포함한 ㉡㉡㉡㉡관 내 출입 통제를 강화하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 공직기강 확립 및 하계 휴가기간 복무감사 중 ㉡㉡㉡㉡관의 야간 보안관리 실태를 점검(2021. 8. 10.)한 결과, 규정에 따라 실험실에 출입할 경우 출입 통제 하에 GLP 인원과 함께 동행하여 출입하여야 하나 ㉡㉡㉡㉡관의 정문 출입구는 별도의 조치 없이 자동으로 열리는 등 비인가자에 대한 출입통제를 할 수 없는 상태로 운영되고 있어, 출입통제 개선대책을 수립·시행하여 청사 보안을 강화할 필요가 있다.

- 감사인 2명이 1층 ~ 3층에 위치한 사무실, 실험실, 복도, 장비실 등을 점검하는 동안 별도의 통제나 제지가 없었음



4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

5. 조치할 사항

■■■■본부장(◆◆◆◆처장)은 보호지역 출입통제를 미흡하게 한 ■■■■단
◆◆◆◆처 ■■■■부에 “주 의” 조치하시기 바랍니다. 【주 의】

■■■■단장(◆◆◆◆처장)은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 청사 출입
보안관리 업무를 철저히 하시기 바라며, 규정을 준수하여 GLP 시험시설이 운영될 수
있도록 ■■■■관의 출입통제 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통 보】