

현지조치사항 내역서(□○⊖○■●)

| 번호  | 지적 건명 및 내용                                                                                                                                                                                                              | 조치의견                                | 결과회보<br>여부 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 015 | <p>○ 공기구 검·교정 관리 미흡</p> <p>「공기구관리지침」 및 「측정기교정검사지침」 제11조(교정 주기)에 따라서 각종 계측기는 검·교정 유효기간 경과 전에 계측기가 교정되어 미교정 계측장비가 사용되는 일이 없도록 관리해야 함에도,</p> <p>- 외경마이크로메타 등 25점에 대해 현장사용과 교정 반출 누락(9점), 파손 및 고장(16점)등의 사유로 교정검사를 누락함.</p> | <p>◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행</p> | 결과회보       |