

현지조치사항 내역서(동해사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안
009	○ 공기구 불용시 관련증빙 누락 - 「공기구 실무편람」(재물조사 실시)에 따라 계측기가 기준치 미달로 불용시에는 교정성적서 등의 증빙서류를 첨부하여야 함에도, <u>버니어캘리퍼스(10119876) 등 14점에 대해 관련증빙을 누락한것이 확인됨.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

. 끝.