

현지조치사항 내역서(□□◎사업소)

No	현황 및 문제점	조치방안
019	○ 공기구 검·교정 관리 미흡 「공기구관리지침」 제25조(교정검사)와 「측정기교정검사이침」 제11조(교정주기)에 따라, 각종 계측기는 검·교정 유효기간 경과 전에 계측기가 교정되어 미교정 계측장비가 사용되는 일이 없도록 관리해야 함에도, - 다이얼게이지 등 58점에 대해 현장사용과 파손 및 고장 등의 사유로 교정검사를 누락함.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행