

현지조치사항 내역서(@㉮◇▽△)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부																					
012	○ 설비성공기구 전산입력 미흡 「공기구 관리지침」 제24조(전산입력사항)에 따라 공기구와 관련한 정보를 전산입력 하여야 함에도, - THICKNESS GAUGE(두께측정기) 등 설비성공기구 2점에 대하여 교정일자 정보를 전산입력에 누락함. <table border="1"> <thead> <tr> <th>순번</th> <th>설비번호</th> <th>공기구명</th> <th>모델번호</th> <th>최근교정일</th> <th>차기교정일</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>교정일 입력누락</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>교정일 입력누락</td> </tr> </tbody> </table>	순번	설비번호	공기구명	모델번호	최근교정일	차기교정일	비고	1	***	***	***	-	-	교정일 입력누락	2	***	***	***	-	-	교정일 입력누락	◦ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보
순번	설비번호	공기구명	모델번호	최근교정일	차기교정일	비고																		
1	***	***	***	-	-	교정일 입력누락																		
2	***	***	***	-	-	교정일 입력누락																		