

현지조치사항 내역서(〇〇사업처)

No	현황 및 문제점	조치방안
008	○ 계측기 교정검사 누락 - 「측정기교정검사지침」 제11조(교정주기)에 따라 각종 계측기는 검·교정 유효기간 경과 전에 계측기가 교정되어 미교정 계측장비가 사용되는 일이 없도록 관리해야 함에도, <u>디지털 온도계 등 52점에 대해서 미반납 등의 사유로 교정검사를 누락함.</u>	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행

. 끝.