

현지조치사항 내역서(☆■▼■☒▼)

번호	지적 건명 및 내용	조치의견	결과회보 여부																																																
013	○ 계측기 검교정 관리 미흡 「측정기교정지침」 제11조(교정주기)에 각종 계측기는 교정 유효기간 경과 전에 계측기가 교정되어 미교정 계측장비가 사용되는 일이 없도록 관리하여야 하나, - 감사대상 기간 동안 Digital Gauge 등 ***점에 대하여 차기 교정일 이내 교정을 완료하지 못하였음을 확인함. [계측기 교정 초과 내역] <table border="1"> <thead> <tr> <th>순번</th> <th>공기구명</th> <th>설비번호</th> <th>일련번호</th> <th>최근교정일</th> <th>차기교정일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dial Gauge</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>2022. 12. 1.</td> <td>2023. 12. 1.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Inside/Outside Calipers</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>2022. 9. 8.</td> <td>2023. 9. 8.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Digital Multimeter</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>2022. 12. 8.</td> <td>2023. 12. 8.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">⋮</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Clamp Meter</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>2022. 9. 13.</td> <td>2023. 9. 13.</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Thermo hygrograph</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>2022. 12. 28.</td> <td>2023. 12. 28.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Torque Wrench</td> <td>***</td> <td>***</td> <td>2022. 6. 14.</td> <td>2023. 12. 14.</td> </tr> </tbody> </table>	순번	공기구명	설비번호	일련번호	최근교정일	차기교정일	1	Dial Gauge	***	***	2022. 12. 1.	2023. 12. 1.	2	Inside/Outside Calipers	***	***	2022. 9. 8.	2023. 9. 8.	3	Digital Multimeter	***	***	2022. 12. 8.	2023. 12. 8.	⋮						18	Clamp Meter	***	***	2022. 9. 13.	2023. 9. 13.	19	Thermo hygrograph	***	***	2022. 12. 28.	2023. 12. 28.	20	Torque Wrench	***	***	2022. 6. 14.	2023. 12. 14.	○ 유사사례 재발 방지를 위한 관련 직원 교육 시행	결과회보
순번	공기구명	설비번호	일련번호	최근교정일	차기교정일																																														
1	Dial Gauge	***	***	2022. 12. 1.	2023. 12. 1.																																														
2	Inside/Outside Calipers	***	***	2022. 9. 8.	2023. 9. 8.																																														
3	Digital Multimeter	***	***	2022. 12. 8.	2023. 12. 8.																																														
⋮																																																			
18	Clamp Meter	***	***	2022. 9. 13.	2023. 9. 13.																																														
19	Thermo hygrograph	***	***	2022. 12. 28.	2023. 12. 28.																																														
20	Torque Wrench	***	***	2022. 6. 14.	2023. 12. 14.																																														