

【현황】

- 혁신기술과는 직제규정시행규칙 제5조(하부업무단위부서의 업무내용)에 따라 의료장비/기기의 기술검토, 도입, 관리, 유지보수, 예방 점검, 불용 등에 관한 사항 및 중장기 의료/연구 장비 도입 계획 및 전략 수립에 관한 사항을 수행하고 있으며, 이 규정에 따라 혁신기술과에서는 전 부서에서 사용하는 의료기기를 점검 및 유지하여야 함.

가. 의료기기 예방점검 관리 개선

【문제점】

- 의료기관평가 인증기준 ver. 3.0 ‘11.5 의료기기 관리’의 의료기기 관리 지침에 따르면, 고위험 의료기기는 연 2회 이상, 저위험 의료기기는 연 1회 이상, 일반(기타) 의료기기는 필요시에 점검을 해야하며, 의료기기 예방점검은 필요시 해당항목 측정 계측기를 사용하여 진행하고 관리대장 및 예방점검표에 기록 보관하며 점검일은 전산 등록해야함.
- 최근 3년간(18-20년) 의료기기 예방점검현황을 조회한 결과 혁신기술과에서 제출한 의료기기 예방점검 절차에 따르면 연도별 예방점검표는 행정담당자에게 전달되어 스캔 후 전산에 보관되며 점검일이 기록되도록 하고 있으나, 최근 3년간(18-20년) 장비관리시스템의 예방점검 조회를 한 결과 전산 오류 및 스캔누락으로 예방점검이 미완료로 기록된 건이 고위험군 상하반기 각 4건, 저위험군 1건이 있었으며, 전산에 점검완료로 기록되어 있으나 예방점검표가 누락된 건은 고위험군 상반기 4건, 하반기 14건, 저위험군 72건이 있었음.

【조치사항】

- 의료기기 예방점검이 절차에 따라 장비관리시스템이 체계적으로 관리되도록 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

【처분결과】

- 권고