

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	권 고 2 통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 공용사택 내 자동심장충격기(AED) 비치 필요

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ■발전소, ▣처 ○부, ○원 ○부

내 용

1. 업무 개요

▣처 ○부는 전사 공용사택 운영 업무를 담당하고 있고, ○원 ○부는 응급 의료체계 구축 및 운영 업무를 담당하고 있다. 그리고, ♠본부 ■발전소는 발전소 공무 사무 및 보건 업무, ‘■ 공용사택’ 유지·관리 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법률 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 및 「응급의료에 관한 법률 시행령」 제26조의5(응급장비의 구비의무가 있는 공동주택 등)에 따르면, “500세대 이상의 공동주택, 보건관리자를 두어야 하는 사업장 중 상시근로자가 300명 이상인 사업장 등에 해당하는 시설 등의 소유자·점유자

또는 관리자는 자동심장충격기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비를 갖추어야 한다” 라고 규정하고 있다.

참고로, 자동심장충격기(AED, Automated External Defibrillator)는 심실 세동이나 심실 빈맥으로 심정지가 되어 있는 환자에게 전기 충격을 주어서 심장의 정상 리듬을 가져오게 해주는 도구로, 심정지를 동반한 응급환자 발생 시 골든타임²⁴⁾을 확보하기 위해 필요한 응급장비이다.

한편, 사규 「공용사택 운영관리 편람」 제2조(용어의 정의) 및 제5조(이용대상)에 따르면, “‘공용사택’이라 함은 회사 사택 및 복지시설 자산 중 직원 휴양시설, 회사 업무로 용도를 확정하여 사용하는 시설”을 말하고, “회사 재직 중인 직원, 직원이 동반하는 가족에 한하여 대상시설을 이용한다” 라고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

♠ 본부의 자동심장충격기(AED) 설치 및 보유 현황을 점검한 결과, 본부 및 예하 사업소(2, 3차 사업소)에서는 총 +대의 자동심장충격기(AED)를 구비하여 운영 및 관리하고 있다.

한편, 예하 사업소 중에서 ■발전소에는 우리 회사 공용사택 시설 중 하나인 ‘■ 공용사택’이 강 건너 발전소 사옥의 반대편에 위치²⁵⁾하고 있고, ‘■ 공용사택’은 우리 회사 직원(직원이 동반한 가족 인원수 포함)이 연평균 500명 이상 이용하고 있다.

그런데, ■발전소에서 구비하고 있는 자동심장충격기(AED)는 발전소 사옥 내에만 설치되어 있고, ‘■ 공용사택’에는 자동심장충격기(AED)가 설치되어 있지

24) 응급환자의 소생률을 높이기 위한 시간으로 심정지 환자 발생 후 최초 5분을 의미

25) ■발전소 사옥에서 ■ 공용사택까지 차량으로 이동 시 편도 5분 이상 소요됨

아니하였다.

물론, 관계 법령인 「응급의료에 관한 법률」에 의하면, ‘■ 공용사택’은 자동심장충격기(AED)를 반드시 갖추어야 하는 의무시설은 아니지만, ① 연평균 500명 이상 되는 인원이 해마다 지속적으로 이용하고 있고, ② ■발전소 사옥에 비치된 자동심장충격기(AED)를 사용하기에는 ‘■ 공용사택’에서 사옥까지 차량으로 이동하더라도 편도 5분 이상 소요되기에 심정지 등 응급환자가 발생할 경우 골든 타임(심정지 발생 후 최초 5분)을 확보하는 것이 현실적으로 불가능한 상황이다.

따라서, ‘■ 공용사택’ 이용객에게 위급한 상황이 생기면 즉각 대응하여 소중한 생명을 살리고 이용객이 공용사택을 안전하게 이용할 수 있도록, ‘■ 공용사택’ 내 자동심장충격기(AED)를 선제적으로 비치할 필요가 있다.

또한, 우리 회사에서 현재 운영하고 있는 공용사택 중 ‘■ 공용사택’ 사례와 같이 공용사택 내 자동심장충격기(AED)를 설치할 필요가 있는 곳을 추가 조사한 다음 유관부서와 협력하여 적재적소에 비치함으로써, 안전 경영방침 구현에도 일조할 필요가 있다.

관련부서 의견 관련부서는 감사결과를 수용하면서 공용사택 시설 내 자동심장충격기(AED) 설치 필요성에 대하여 공감한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 1. ♠본부장은

‘■ 공용사택’ 시설 내 자동심장충격기(AED)를 신규로 설치하기 위하여 유관부서(●원 ○부)에 구매 요청한 다음, 배부받은 자동심장충격기(AED)는 공용사택 이용자 누구나 알기 쉬운 곳에 설치하여 철저히 점검 및 관리하시기

바랍니다.(통보 1)

2. ■처장은

‘■ 공용사택’ 외에 우리 회사에서 현재 운영하고 있는 공용사택 중 시설 내 자동 심장충격기(AED)를 설치할 필요가 있는지 여부를 수요 조사한 다음, 유관부서(○원 ○부)에 구매 요청하시고,(권고 1)

공용사택 용도로 배부받은 자동심장충격기(AED)는 공용사택 관리부서(공용사택 소재 사업소 담당부서)로 하여금 공용사택 이용자 누구나 알기 쉬운 곳에 설치하여 철저히 점검 및 관리하도록 안내하시기 바랍니다.(권고 2)

3. ○원장은

우리 회사에서 현재 운영하고 있는 공용사택의 시설 내에 새롭게 설치하기 위해 ■처 및 ♠본부에서 구매 요청한 자동심장충격기(AED)를 신규 구매하시어 소요 사업소로 배부하시기 바랍니다.(통보 2)