

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 · 주 의(기관)요구

제 목	공구 및 휴대용계측기 관리 미흡
소 관 기 관	●●발전본부 ◀◀부, ◁◁◁◁부, ◆◆◆◆부
조 치 기 관	●●발전본부 ◀◀부, ◁◁◁◁부, ◆◆◆◆부
내 용	

1. 업무 개요

●●발전본부는 전력설비의 유지정비·운영에 필요한 각종 시험 또는 측정을 위해 공구 및 휴대용계측기를 운영하고 있으며 전사「공구 및 휴대용계측기 관리지침」(이하 ‘관리지침’이라 함)에 따라 이를 관리하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

관리지침 제6조(관리가드의 기록) 제1항에 따르면 공기구 및 휴대용계측기는 등록번호별 관리카드 작성을 원칙으로 하며, 보수기록 유지를 위하여 발전설비관리시스템을 이용하여 품목별 관리카드를 작성하여야 한다고 되어 있고, 제5항에 따르면 정기실사시 불용조사를 실시하고 불용품의 경우 사업소 비유동자산 관리위원회에서 불용 심의를 시행하도록 하고 있다.

한편 같은 지침 제14조(대출 및 불출) 제3항에 따르면 공기구를 사업소간 또는 사업장간에 대출을 하고자 할 때에는 사업소장 명의의 차용증에 인수자가

서명하여 담당부서장의 승인을 받아야 한다고 되어 있으며, 제19조(공구실)에는 휴대용계측기를 보관하기 위해 품목별로 저장관리 및 수불에 충분한 넓이 및 창구대를 설치하고 자물쇠 장치를 구비하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●발전본부의 휴대용계측기 관리실태를 점검한 결과, ▽▽▽▽실 ◀◀부의 경우 2021년 전력용변압기의 설비관리와 안정적 운영을 위해 열화진단 장비를 구매하였으나 관리시스템에 등록하지 않았으며, 매년 공구 및 휴대용계측기 재물조사를 시행하여 전수조사하였음에도 미등록 계측기를 사후 등록하여 보수기록을 관리하는 등 적절한 시정조치가 이루어지지 않고 있었다.

또한 ▽▽▽▽실 ◁◁◁◁부의 경우에도 관리시스템에 등록되지 않은 채 출처, 교정기록, 사용대상 등 관리이력을 알 수 없는 7개 품목의 휴대용계측기가 작업실에 임의보관되어 있었으며, 1품목은 2022년 비유동자산관리위원회를 거쳐 불용판정되었음에도 폐기되지 않고 감사일 현재까지 작업실에 방치되어 있었다.

[표 41] 관리시스템 미등록 공구 및 휴대용계측기

번호	제조사/모델	용도	번호	제조사/모델	용도
1	BENTRY NEVADA/TK3-2E	진동교정기	2	ELGROUP/PC6000	자동압력교정기
3	HIOKI/IR4051	절연저항측정기	4	YOKOGAWA/2654	게이지압용 압력계
5	SOFTKERNEL/시험기	LVDT 시험	6	FLUKE/PTB200	Test Bench
7	HARDY INST./HI-803	진동테스터기			

※ 자료: 대상부서 제출자료 내용 재구성

▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부의 경우 별도의 창구대를 설치하여 휴대용계측기를

보관·관리하여야 함에도 6개 품목의 휴대용계측기를 별도의 잠금장치 없이 사무실 빈공간에 노출된 상태로 보관하고 있었으며, 사업소간 공기구 등을 대출하는 경우에는 차용증을 징구해야 함에도 차용증 없이 휴대용 악취측정기를 타발전본부에 대여한 것으로 확인되었다.

[표 42] 잠금장치 없이 사무실에 보관중인 휴대용 계측기

등록번호	기 기 종 류	모 델 명	측 정 방 식
평-155	휴대용 ☒☒가스 분석기	GSR310	CO2:0~100%, O2:0~25%, H2:0~100%
평-147	휴대용 악취측정기	SLC_OP_ABCEG	휴대용 악취측정기
평-146	초음파 배관 두께 측정기	Cygnus4 plus	정확도 0.1mm
평-118	휴대용 THC 측정기	FID 9000	휴대용 THC 측정기
평-101	연도가스자동분석기	TESTO-350	전기화학식/NDIR
평-73	휴대용 연소가스 분석기	TESTO 350	전기화학식/NDIR

※ 자료: 대상부서 제출자료 내용 재구성

상기와 같이 관리지침 미준수 사례가 확인되는 등 교정 및 보수, 이력관리, 보관 등 일부 휴대용계측기가 적절하게 관리되지 못할 우려가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

▽▽▽▽실 ◀◀부와 ◁◁◁◁부는 상기 지적사항에 이의가 없다고 하면서 미등록 계측기는 사용 가능 여부를 확인하여 신규 등록하여 운영하거나 불용처리할 예정이라고 답변하였으며, ▽▽▽▽실 ◆◆◆◆부도 지적사항에 대한 이견이 없으며 휴대용계측기 보관함을 구비하고, 대출된 공구에 대해서 차용증을 징구할 예정이라고 답변하였다.

조치할 사항

●●발전본부장은 ① 미등록 계측기 운영, 보관상태 부적정, 차용증 징구 미흡 사항에 대해 관련 기준에 따라 적정히 관리되도록 속히 조치하시고, (시정) ② 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)