


**PEMANTAPAN MUTU INTRA LABORATORIUM BIDANG HEMATOLOGI
RUMAH SAKIT " DHARMA NUGRAHA "**

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun - Jakarta Timur, Telepon 021-4707433; Fax 021-4707428

Bahan Kontrol		Reagen					Sep-23	Pemeriksaan	Lekosit
Hema Control BC-5300		No.Lot	Nilai Mean	Batas peringatan (x+2SD)	1 SD			Metode	Impedance
Low								Satuan	10 ³ /µL
Normal		BC 2309 B	7,78	4.78	10,78	1	Exp.10-11-2023	Alat	Mindray BC - 5300

**	Tgl	Normal	Petugas
	Hasil		
	1	7,04	Ayu
	2	7,39	Agus
	3	7,12	Agus
	4	8,00	Yanti
	5	8,10	Yanti
	6	7,53	Fara
	7	7,48	Fara
	8	7,59	Vinna
	9	7,60	Vinna
	10	8,00	Yanti
	11	9,10	Yanti
	12	7,31	Ayu
	13	7,00	Ayu
	14	7,11	Fara
	15	7,08	Fara
	16	7,54	Agus
	17	6,93	Agus
	18	7,63	Vinna
	19	7,43	Vinna
	20	8,00	Yanti
	21	6,80	Yanti
	22	7,33	Fara
	23	7,62	Fara
	24	7,65	Agus
	25	7,52	Agus
	26	7,52	Vinna
	27	7,49	Vinna
	28	8,00	Yanti
	29	8,20	Yanti
	30	7,76	Fara
	31		



CV Maksimum *
ditetapkan

[illegible]

Aturan Kontrol : <i>Westgard</i>**	
Peringatan	1 – 2S
Penolakan	1 – 3S
Penolakan	2 – 2S
Penolakan	R – 4S

Diketahui oleh :
Koordinator Laboratorium
Widya Astuti



Kepustakaan :

* Sun Diagnostics Total Error Limits for variety of Laboratory test as defined by CLIA

** Westgard JO,Phd; Basic QC Practices 2 nd Edition; 2008 ; page 33 , 195

Mean	7,56	#REF!
SD	0,46	#REF!
CV	6,15%	#REF!