



LEMBAGA PEMANTAPAN MUTU LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
INSTITUTE FOR INDONESIA HEALTH LABORATORY QUALITY ASSURANCE

Sekretariat : Jl. Perserikatan No. 1 Blok A Kav. 261, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

Tel. +62 21 29608342

Email : sekretariat.lpmlki@gmail.com

PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL BIDANG URINALISA (PME-UR)

HASIL EVALUASI BAHAN KONTROL 2022 - 2

NO. KODE PESERTA : 12-2-2-014

RS Dharma Nugraha

Jalan Balai Pustaka Baru Nomor 19, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

	ALAT	METODE	REAGEN	HASIL ANDA	RUJUKAN PESERTA	SKOR
BERAT JENIS	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	1,000	1,005	3
pH	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	6,0	6,0	4
PROTEIN	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	Negatif	Negatif	4
GLUKOSA	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	Negatif	Negatif	4
BILIRUBIN	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	Negatif	Negatif	4
UROBILINOGEN	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	0,2	Negatif	4
DARAH	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	Negatif	Negatif	4
KETON	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	Negatif	Negatif	4
NITRIT	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	Negatif	Negatif	4
LEKOSIT	13 Siemens Clinitek Status Clinitek Status	412 Analyzer : Semi Automatic	999 Uricek Fokus	Negatif	Negatif	4
TES KEHAMILAN	999 Pregcy Check	310 Visual	999 Pregcy Check	Negatif	Negatif	4

Keterangan

Skor (dibandingkan dengan nilai target)

- 4 = Hasil benar
- 3 = Hasil selisih 1 tingkat
- 2 = Hasil selisih 2 tingkat
- 1 = Hasil selisih ≥ 3 tingkat

Jakarta, 8 November 2022

**TIM PEMANTAPAN MUTU
BIDANG URINALISA**



Khusus Untuk Parameter Nitrit dan Tes Kehamilan

4 = Hasil benar

1 = Hasil salah

— = Tidak ada hasil

*** = Tidak diisi / Tidak dikerjakan

Dr. dr. Diana Aulia, SpPK (K)