

Bulan Oktober 2023

Bulan Oktober 2023

Mengetahui
Kepala Unit laboratorium



dr. Fahrulia Karmanita

Archive

Page 1 / 1

RS DHARMA NUGRAHA
JL. BALAI PUSTAKA BARU NO.19
RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
TELP 4707433 S/D 37

Date 11/22/2023 User Indiko
Time 5:35:58PM Software version: 5.3

Control Test Ur Ac 2
Status ALL
First date 10/1/2023
No. Lot : 884 Last date 10/31/2023

Nbr	Patient ID	Test name	Version number	Result	Status	Date	Errors	Interpret.
1	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/1/2023		
2	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/2/2023		
3	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/3/2023		
4	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.7	man acc	10/4/2023		
5	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/5/2023		
6	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/6/2023		
7	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.8	man acc	10/7/2023		
8	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.7	man acc	10/8/2023		
9	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.1	man acc	10/9/2023		
10	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.8	man acc	10/10/2023		
11	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/11/2023		
12	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.1	man acc	10/12/2023		
13	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.4	Man acc	10/13/2023	QC, RULE 1 VIOLATED	
13	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/13/2023		
14	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.7	man acc	10/14/2023		
15	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.8	man acc	10/15/2023		
16	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.8	man acc	10/16/2023		
17	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/17/2023		
18	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/18/2023		
19	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.1	man acc	10/19/2023		
20	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.1	man acc	10/20/2023		
21	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/21/2023		
22	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/22/2023		
23	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/23/2023		
24	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.1	man acc	10/24/2023		
25	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.2	man acc	10/25/2023		
26	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/26/2023		
27	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.1	man acc	10/27/2023		
28	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/28/2023		
29	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.9	man acc	10/29/2023		
30	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	5.0	man acc	10/30/2023		
31	Nortrol	Ur Ac 2	3.2	4.8	man acc	10/31/2023		

Mean	Batas Peringatan (X+2SD)	
5.0	4.6	5.4
11.6	10.7	12.6

Archive

Page 1 / 1

RS DHARMA NUGRAHA
JL. BALAI PUSTAKA BARU NO.19
RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
TELP 4707433 S/D 37

Date 11/22/2023 User Indiko
Time 5:38:10PM Software version: 5.3

Control Nortrol
No. Lot : 884

Test Urea 2R
Status ALL
First date 10/1/2023
Last date 10/31/2023

Nbr	Patient ID	Test name	Version number	Result	Status	Date	Errors	Interpret.
1	Nortrol	Urea 2R	5.4	36.2	aut acc	10/1/2023		
2	Nortrol	Urea 2R	5.4	37.3	aut acc	10/2/2023		
3	Nortrol	Urea 2R	5.4	34.4	aut acc	10/3/2023		
4	Nortrol	Urea 2R	5.4	35.2	aut acc	10/4/2023		
5	Nortrol	Urea 2R	5.4	36.1	aut acc	10/5/2023		
6	Nortrol	Urea 2R	5.4	34.9	aut acc	10/6/2023		
7	Nortrol	Urea 2R	5.4	36.0	aut acc	10/7/2023		
8	Nortrol	Urea 2R	5.4	37.1	aut acc	10/8/2023		
9	Nortrol	Urea 2R	5.4	36.8	aut acc	10/9/2023		
10	Nortrol	Urea 2R	5.4	35.6	aut acc	10/10/2023		
11	Nortrol	Urea 2R	5.4	36.2	aut acc	10/11/2023		
12	Nortrol	Urea 2R	5.4	37.1	aut acc	10/12/2023		
13	Nortrol	Urea 2R	5.4	39.0	aut acc	10/13/2023		
14	Nortrol	Urea 2R	5.4	38.4	aut acc	10/14/2023		
15	Nortrol	Urea 2R	5.4	37.2	aut acc	10/15/2023		
16	Nortrol	Urea 2R	5.4	38.1	aut acc	10/16/2023		
17	Nortrol	Urea 2R	5.4	38.3	aut acc	10/17/2023		
18	Nortrol	Urea 2R	5.4	38.7	aut acc	10/18/2023		
19	Nortrol	Urea 2R	5.4	39.2	aut acc	10/19/2023		
20	Nortrol	Urea 2R	5.4	38.1	aut acc	10/20/2023		
21	Nortrol	Urea 2R	5.4	37.5	aut acc	10/21/2023		
22	Nortrol	Urea 2R	5.4	39.0	aut acc	10/22/2023		
23	Nortrol	Urea 2R	5.4	40.6	man rej	10/23/2023	QC, Rule 1 violated	
24	Nortrol	Urea 2R	5.4	34.4	aut acc	10/23/2023		
25	Nortrol	Urea 2R	5.4	34.1	aut acc	10/24/2023		
26	Nortrol	Urea 2R	5.4	34.3	aut acc	10/25/2023		
27	Nortrol	Urea 2R	5.4	35.4	aut acc	10/26/2023		
28	Nortrol	Urea 2R	5.4	35.2	aut acc	10/27/2023		
29	Nortrol	Urea 2R	5.4	36.2	aut acc	10/28/2023		
30	Nortrol	Urea 2R	5.4	35.3	aut acc	10/29/2023		
31	Nortrol	Urea 2R	5.4	35.8	aut acc	10/30/2023		
32	Nortrol	Urea 2R	5.4	36.9	aut acc	10/31/2023		

Mean	Batas Peringatan (X+2SD)	
32.9	32.9	40.3
104.4	94.0	114.8