

EVALUASI HASIL PEMANTAPAN MUTU INTERNAL BIDANG KIMIA KLINIK LABORATORIUM RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

BULAN : Agustus 2023

ALAT : Thermo Indiko

NO	PARAMETER	NORMAL	PATOLOGIS	CV Maksimal * ** yang ditetapkan
1	BIL Total	5,21	3,19	20
2	Kolesterol	2,82	10,336	10
3	Kreatinin	5,88	3,47	15
4	Glukosa	3,99	4,17	10
5	Protein Total	1,72	2,52	10
6	Albumin	2,92	2,54	10
7	Ureum	3,75	4,77	9
8	Trigliserida	3,50	2,93	15
9	SGOT	5,1	3,39	20
10	SGPT	5,82	4,03	20
11	Asam Urat	1,81	2,63	17
12	Alkali Fosfatase	5,89	5,4	30
13	Gamma GT	5,24	7,45	15
14	Kolesterol HDL	2,93		30
15	Calcium	2,37		8
16	Magnesium	3,6		25
17	Natrium	0,78		5
18	Kalium	1,64		5
19	Chlorida	1,22		5

KESIMPULAN :

Pemantapan Mutu Internal Bidang Kimia Darah alat INDIKO PLUS menggunakan control Nortrol, Abtrol, Lipotrol, Ecal, Scal, HDL Cal.
Control Nortrol No.Lot V884 exp.date 30-6-2025, Control Abtrol No.Lot V883 exp.date 30-6-2025, Control Lipotrol No.Lot V323 exp.date 28-2-2024,
Control Ecal No.Lot UB48 exp.date 31-10-2023, Control Scal No.Lot V354 exp.date 31-10-2024, Control HDL Cal.---

Pemantapan Mutu Internal Control Nortrol No.Lot V884 pada tanggal 1 s/d 31 Agustus 2023
semua parameter Kimia Darah sesuai kriteria Program Pemantapan Mutu Levey-Jennings dengan hasil BAIK *,
dan tidak melebihi CV maksimal yang ditentukan **.

Pemantapan Mutu Internal Control Abtrol No.Lot V883 pada tanggal 1 s/d 31 Agustus 2023
semua parameter Kimia Darah sesuai kriteria Program Pemantapan Mutu Levey-Jennings dengan hasil BAIK *,
dan tidak melebihi CV maksimal yang ditentukan **.

Pemantapan Mutu Internal Control Lipotrol No.Lot U965 pada tanggal 1 s/d 31 Agustus 2023
semua parameter Kimia Darah sesuai kriteria Program Pemantapan Mutu Levey-Jennings dengan hasil BAIK *,
dan tidak melebihi CV maksimal yang ditentukan **.

Pemantapan Mutu Internal Control Ecal No.Lot UB48 pada tanggal 1 s/d 31 Agustus 2023
semua parameter Kimia Darah sesuai kriteria Program Pemantapan Mutu Levey-Jennings dengan hasil BAIK *,
dan tidak melebihi CV maksimal yang ditentukan **.

Pemantapan Mutu Internal Control Scal No.Lot TA08 pada tanggal 1 s/d 31 Agustus 2023
semua parameter Kimia Darah sesuai kriteria Program Pemantapan Mutu Levey-Jennings dengan hasil BAIK *,
dan tidak melebihi CV maksimal yang ditentukan **.

Pemantapan Mutu Internal Control HDL Cal No.Lot pada tanggal 1 s/d 31 Agustus 2023
semua parameter Kimia Darah sesuai kriteria Program Pemantapan Mutu Levey-Jennings dengan hasil BAIK *,
dan tidak melebihi CV maksimal yang ditentukan **.


Kepustakaan :

- * Sun Diagnostics Total Error Limits for variety of Laboratory test defined by CLIA
- ** Westgard JO, PhD; Basic QC Practices 2 nd Edition; 2008 ; page 33 , 195

Tindak Lanjut :

Mempertahankan Pemantapan Mutu Internal Kimia Darah pada alat INDIKO PLUS tetap BAIK
pada bulan yang akan datang.

Jakarta , 10 September 2023
Koordinator Laboratorium


Widya Astuti

Mengetahui
Kepala Pelayanan Laboratorium


Dr. Cussi Lestari SpPK