



LEMBAGA PEMANTAPAN MUTU LABORATORIUM KESEHATAN INDONESIA
INSTITUTE FOR INDONESIAN HEALTH LABORATORY QUALITY ASSURANCE

Sekretariat : Jl. Perserikatan No. 1 Blok A Kav. 261, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
Tel. +62 21 29608342
Email : sekretariat.lpmki@gmail.com

PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL BIDANG KIMIA KLINIK (PME-KK)

HASIL EVALUASI BAHAN KONTROL 2022 - 2

NO. KODE PESERTA : 12-2-2-014

RS Dharma Nugraha

Jalan Balai Pustaka Baru Nomor 19, Rawamangun, Jakarta Timur 13220

	ALAT	METODE	REAGEN	HASIL ANDA	RUJUKAN PESERTA	VIS
BILIRUBIN TOTAL	999 Thermo Indiko	999 p.nitrobenzena diazonium (NBD)	999 Thermo Scientific	5.80	6.05	22
KOLESTEROL	999 Thermo Indiko	021 CHOLESTEROL OXIDASE - PAP (CHOD-PAP)	999 Thermo Scientific	289	291.30	10
KREATININ	999 Thermo Indiko	071 TEST WARNA ENZIMATIK	999 Thermo Scientific	4.88	4.82	14
GLUKOSA	999 Thermo Indiko	042 HEXOKINASE	999 Thermo Scientific	261	266.08	25
PROTEIN TOTAL	999 Thermo Indiko	051 BIURET	999 Thermo Scientific	7.40	7.45	17
UREUM	999 Thermo Indiko	062 ENZIMATIK KINETIK (GLDH)	999 Thermo Scientific	103.0	104.77	30
ASAM URAT	999 Thermo Indiko	072 URICASE PEROKSIDASE	999 Thermo Scientific	9.1	8.50	92
TRIGLISERIDA	999 Thermo Indiko	081 TEST WARNA ENZIMATIK (GPO-PAP)	999 Thermo Scientific	221	217.63	20
GOT / ASAT AST	999 Thermo Indiko	102 IFCC, tanpa PLP dan blanko 37 C	999 Thermo Scientific	244.0	243.10	3
GPT / ALAT ALT	999 Thermo Indiko	102 IFCC, tanpa PLP dan blanko 37 C	999 Thermo Scientific	136.0	131.24	21
KALSIUM (TOTAL)	999 Thermo Indiko	112 ARSENAZI III	999 Thermo Scientific	11.60	12.19	121
ALBUMIN	999 Thermo Indiko	121 BROMOCRESOL GREEN	999 Thermo Scientific	4.10	4.47	110
FOSFATASE ALKALI	999 Thermo Indiko	138 IFCC 37 C	999 Thermo Scientific	234	222.35	42
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASE (yGT)	999 Thermo Indiko	142 IFCC, SUBSTRAT 6.0 MMOL GG-3 CARBOXY-4 NITRANILIDE 37 C	999 Thermo Scientific	160.0	164.06	32
NATRIUM	3024 Humalyzer Nova Nova 5 CRT	151 ION SELECTIVE ELECTRODE (ISE)	12 Nova	170	170.84	31
KALIUM	3024 Humalyzer	151 ION SELECTIVE	12 Nova	6.3	6.35	27

	ALAT	METODE	REAGEN	HASIL ANDA	RUJUKAN PESERTA	VIS
	Nova Nova 5 CRT	ELECTRODE (ISE)				
CHLORIDA	3024 Humalyzer Nova Nova 5 CRT	151 ION SELECTIVE ELECTRODE (ISE)	12 Nova	116	116.46	18
CK (AKTIFITAS)	***	***	***	***	—	—
LDH (AKTIFITAS)	***	***	***	***	—	—

Keterangan

Kriteria VIS (OVIS)

0 - 50 = Sangat Baik

51 - 100 = Baik

101 - 200 = Cukup

201 - 300 = Kurang


> 300 = Buruk

— = Tidak ada hasil

*** = Tidak diisi / Tidak dikerjakan

Jakarta, 8 November 2022

TIM PEMANTAPAN MUTU
BIDANG KIMIA KLINIK


Prof. dr. Suzanna Immanuel, SpPK (K)