

**EVALUASI HASIL PEMANTAPAN MUTU INTERNAL BIDANG HEMATOLOGI
LABORATORIUM RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
BULAN : AGUSTUS 2023**

ALAT : Mindray BC-5300

PARAMETER	Normal	CV Maksimal * ** yang ditetapkan
	Cv (%)	Cv (%)
Hemoglobin	3,52	7%
Leukosit	5,49	15%
Hematokrit	3,52	6%
Trombosit	7,21	25%

Kepustakaan :

* Pedoman Praktik Laboratorium Kesehatan Yang Benar (Good Laboratory Practice), Depkes RI thn 2008 ; halaman 98

** Westgard JO,PhD; Basic QC Practices 2 nd Edition; 2008 ; page 33 , 195

KESIMPULAN :

Pemantapan Mutu Internal Bidang Hematologi alat BC -5300 Mindray menggunakan control Hematologi Control B 55 for Mindray Hematology Analyzer, Normal Level, No.Lot. BC 2307B, kadaluarsa 10 September 2023

Pemantapan Mutu Internal Normal Level pada 1 s/d 31 Agustus 2023 semua parameter Hematologi sesuai kriteria Program Pemantapan Mutu Levey-Jenings dengan hasil BAIK *.
dan tidak melebihi CV maksimal yang ditentukan **.

Kepustakaan :

* Westgard JO,PhD; Basic QC Practices 2nd Edition; 2008; page 33 , 195

** Sun Diagnostics Total Error Limits for variety of Laboratory test as defined by CLIA

TINDAK LANJUT:

Mempertahankan Pemantapan Mutu Internal Hematologi pada alat BC- 5300 tetap BAIK pada bulan yang akan datang

Mengetahui
Kepala Pelayanan Laboratorium



Dr.Cussi Lestari SpPK

Jakarta, 7 September 2023
Koordinator Laboratorium



Widya Astuti