

**PEMANTAPAN MUTU INTRA LABORATORIUM BIDANG KIMIA KLINIK**  
**RUMAH SAKIT " DHARMA NUGRAHA "**

110


#

Control Serum :981043		Reagen	Triglycerides	Ref:981786		Agu-23		Pemeriksaan	Trigliserida
Thermo Indiko		No.Lot	Nilai Mean	Batas peringatan (x+2SD)	1 SD			Metode	PAP
Normal	NORTROL	981043/V884	109	92,8	125,2	5,4	30/06/2025	Satuan	mg/dL
Path	ABTROL	981044/V883	215	182,6	247,4	10,8	30/06/2025	Alat	THERMO INDIKO


*)	Tgl	Normal	Patologis	Petugas
	Hasil			
	1	100,0	210,0	Fara
	2	104,0	219,0	Agus
	3	104,0	215,00	Agus
	4	104,0	214,00	Vinna
	5	105,0	215,00	Vinna
	6	99,0	215,00	Fara
	7	105,0	220,00	Fara
	8	110,0	225,00	Yanti
	9	109,0	204,0	Yanti
	10	100,0	205,0	Vinna
	11	104,0	210,0	Vinna
	12	100,0	204,0	Agus
	13	104,0	215,0	Agus
	14	105,0	217,0	Yanti
	15	111,0	220,0	Yanti
	16	104,0	207,0	Vinna
	17	105,0	210,0	Vinna
	18	102,0	202,0	Fara
	19	108,0	210,0	Fara
	20	102,0	205,0	Agus
	21	102,0	207,0	Agus
	22	103,0	201,0	Yanti
	23	105,0	215,0	Yanti
	24	108,0	210,0	Fara
	25	112,0	219,0	Fara
	26	112,0	219,0	Agus
	27	109,0	219,0	Agus
	28	108,0	219,0	Vinna
	29	104,0	216,0	Vinna
	30	108,0	213,0	Fara
	31	111,0	218,0	Fara

Mean	105,39	212,84
SD	3,68	6,23
CV	3,50%	2,93%

**Kontrol Normal : Trigliserida**



**Kontrol Patologis : Trigliserida**



Kepustakaan :

\* Sun Diagnostics Total Error Limits for variety of Laboratory testdefined by CLIA

\*\* Westgard JO,Phd; Basic QC Practices 2 nd Edition; 2008 ; page 33 , 195

CV Maksimum \*  
ditetapkan

PARAMETER	CV ( % )
BIL Total	7
Kolesterol	6
Kreatinin	6
Glukosa	5
Protein Total	3
Albumin	6
Ureum	8
<b>Trigliserida</b>	<b>7</b>
SGOT	7
SGPT	7
Asam Urat	6
Alkali Fosfatase	7
Gamma GT	7
Kolesterol HDL	5,4
Kolesterol LDL	6,3
Calcium	5
Magnesium	10
Natrium	1,5
Kalium	2,7
Chlorida	2
Fosfor	4,3

Aturan Kontrol : Westgard**	
Peringatan	1 – 2S
Penolakan	1 – 3S
Penolakan	2 – 2S
Penolakan	R – 4S

Diketahui oleh :  
Koordinator Laboratorium  
Widya Astuti

Perhit u/SD : Kontrol Normal		
1 SD	8,10	
Mean	109	
1SD	100,90	117,10
2 SD	92,80	125,20
3 SD	84,70	133,30

Perhit u/SD : Kontrol Patologis		
1 SD	9,00	
Mean	234	
1SD	225,00	243,00
2 SD	216,00	252,00
3 SD	207,00	261,00

