

検査システム部 稼動前レビュー記録表

件名		ケミストリー次期先行対応		部署	
管理No.	22-1566-T02	対象システム	ケミストリー	検収期限	
担当者	羽生達哉				
レビュー	/ 回目	日付	2023.3.22	出荷責任者	上原.
指摘事項	用事入力ツラゲの設定される条件について、設計書に記載し、承認してもらうこと				発言者 横田
回答	設計書に記載し、承認印をもらいました。				貢献度 A B C
指摘事項	保留で残る検体が 増えるのは問題無いか				発言者 横田
回答	検査に確認したところ、1日数件程度なので問題無し				貢献度 A B C
指摘事項	稼働確認方法について 明確にしておくこと ・用事で保留にした検体が、保留で残っているか等				発言者 横田
回答	朝の締め前には DB を確認します。				貢献度 A B C
指摘事項	リーズ後、処理性能が低下していない事の確認をすること				発言者 横田
回答	処理の測定結果ファイルが滞留しないことを監視する。				貢献度 A B C
指摘事項	計算確認 Excel の DB 更新時、結果の右詰め左詰め等、 PVC 形式で更新されていることを確認しているか				発言者 上原.
回答	DB に数値結果が右詰めで更新されていることを確認しました。				貢献度 A B C
指摘事項					発言者
回答					貢献度 A B C
レビュー結果	合格 ・ 不合格 ・ 条件付き合格				

貢献度判断基準

- A: トラブルまたはインシデント防止に繋がった指摘
B: 条件付き合格または不合格となった指摘
C: その他の指摘

出荷責任者	査閲	承認
システム 23.3.22 他		