


検査システム部 稼動前レビュー記録表

件名		ケミストリー次期先行対応(低値全項目再検)		部署	
管理No.	22-1566-T02	対象システム	ケミストリー	検収期限	
担当者	羽生達哉				
レビュー	回目	日付	2022. 2. 5	出荷責任者	清水
指摘事項	DHV N.K.Ceに以外で決定結果が異なるタイミグのやりとり とれど、このやりとり前後の処理で問題はない。				発言者 清水
回答	電解質が後になると乳いのフタが立って保留となる。 検査に適用して了解してもらいました。				貢献度 A B C
指摘事項	設定ファイルの内容は現場より承認印をもらうこと。 (注トランプの場合も)				発言者 横田
回答	確認印をもらいます。				貢献度 A B C
指摘事項	DBを流す回数が増えること。増えている場合 全体のリスクに問題はない。				発言者 横田
回答	テスト機で実施した時は5%程増加したが、約10時間の 中での問題ありません。				貢献度 A B C
指摘事項	最終アウトプットの確認を入れること B-Reportを確認します。				発言者 横田
回答					貢献度 A B C
指摘事項					発言者
回答					貢献度 A B C
指摘事項					発言者
回答					貢献度 A B C
レビュー結果	合格 ・ 不合格 ・ 条件付き合格				

貢献度判断基準

- A: トラブルまたはインシデント防止に繋がった指摘
B: 条件付き合格または不合格となった指摘
C: その他の指摘

出荷責任者	査閲	承認
システム 24.3.05 清水(画)		横田 