

検査システム部 稼動前レビュー記録表

件名		ケミストリー次期先行対応		部署	
管理No.		22-1566-T02	対象システム	ケミストリー	検収期限
				担当者	羽生達哉
レビュー		/ 回目	日付	2023.3.22	出荷責任者
					上原
指摘事項	用事入力ツラゲの設定される条件について、設計書に記載し、承認してもらうこと				発言者 横田
回答	設計書に記載し、承認印をもらいました。				貢献度 A B C
指摘事項	保留で残る検体が増えるのは問題無いか				発言者 横田
回答	検査に確認したところ、旧数件程度なので問題無し				貢献度 A B C
指摘事項	稼働確認方法について明確にしておくこと ・用事で保留にした検体が、保留で残っているか等				発言者 横田
回答	朝の締め前にDBを確認する。				貢献度 A B C
指摘事項	リリース後、処理性能が低下していない事の確認をすること				発言者 横田
回答	処理の測定結果ファイルが滞留しないことを監視する。				貢献度 A B C
指摘事項	計算確認 Excel のDB更新時、結果の右詰め左詰め等、 PC形式で更新されていることと確認しているか				発言者 上原
回答	DBに数値結果が右詰めで更新されていることを確認しました。				貢献度 A B C
指摘事項					発言者
回答					貢献度 A B C
レビュー結果	合格 ・ 不合格 ・ 条件付き合格				

貢献度判断基準

- A：トラブルまたはインシデント防止に繋がった指摘
B：条件付き合格または不合格となった指摘
C：その他の指摘

出荷責任者	査閲	承認
システム 23.3.22 清水(衛)	システム 23.3.24 清水(衛)	システム 23.3.24 横田