

中低压气体质量流量计检验报告

版号：G/2

报告编号：

产品名称	气体质量流量计	客户名称				
规格型号		订 单 号				
出厂编号		检验日期				
检验依据	企业标准及产品检验指导书	流量范围				
检 测 记 录						
序号	检测项目	要求、指标	测试方法	检验结果及单项结论		检验员
1	外观	无划痕、破损、紧固、无松动等	目测	ok	合格	
2	软件功能	[SF]保存出厂设置	操作	ok	合格	
3	产品自检信息	见附表	目测	ok	合格	
4	量程比值 $Q_{\max}/Q_{\min}$	$\geq 100: 1$	计算 $Q_{\max}$ 与 $Q_{\min}$ 的值	ok	合格	
5	准确度	$0.1Q_{\max} \sim Q_{\max}: \pm 1.5\%$	多次测量的误差平均值确定	ok	合格	
		$0.01Q_{\max} \sim 0.1Q_{\max}: \pm 3\%$		ok	合格	
	重复性 $E_r = (E_{\max} - E_{\min}) / d_n$	$\leq 0.75\%$	对同一点三次测量的误差最大值确定	ok	合格	
6	气密性	最大工作压力5min无泄漏	目测	ok	合格	
7	整机最大电流	8V 6-24mA	目测		合格	
8	热头电压	热头与LVOL比较1480-1690	目测		合格	
9	脉冲计数	工装与表显示一致	目测	ok	合格	
10	零点内码	内码与NIDX相差 ≤ 30	目测		合格	
11	故障电平	电平值 $\geq 2.7V$	目测		合格	
12	记录是否清除	当前总量	目测	ok	合格	
		日总量记录	目测	ok	合格	
		报警记录	目测	ok	合格	
		历史记录	目测	ok	合格	
13	包装	标志、标签、使用说明书等随文件齐全.	目测	ok	合格	
检验结论：合 格			批准：			