矽翔微机电系统（成都）有限公司

编号：SIAR/RE-QC12-05

控制器出厂检验报告

版号:G/2

表单编号

产品名称	气体质量流量计	送检数		检验数量		检验日期	
客户名称	订单号	型号规格		数量	批号或编号		
检验依据	企业标准及产品检验指导书						

检验项目及结果

序号	检验项目	标准、要求	检验结果	检验员
1	性能参数（软件版本、最大流量、气体系数、流量单位、温度等）	见订单及对应产品检验指导书（订单无特殊要求均为默认值，结果查询生产管理系统产品记录）	OK	
2	成品检漏	结果查询生产管理系统产品打压信息	OK	
3	精度/误差	见附表一	OK	
4	标准表温度	见附表一	OK	
5	GDCF 值	GDCF=1000(A/N/O)；特殊气体GDCF 值按照《MEMS 气体质量流量计特殊气体校准作业规范》。	OK	
6	控制方式	模拟/数字	OK	
7	标识、外观	a、检查订单型号、编号、数量正确。 b、检查铭牌、面膜内容位置正确。 c、检查主体、镙纹标识、卡套接头型号是否与订单一致。 d、外观结构吻合良好，螺钉紧固，滤网安装正确平整、洁净，表内无异物，整体外形洁净无损伤划痕。 f、检验完成后套上相应保护套。	OK	
8	包装	a、检查订单、包装箱标签、产品、合格证书是否一致。 b、配件（电源线、卡套接头正确）。 c、合格证书、说明书、等随机文件齐备(特殊包装要求见订单)。 d、包装盒打QC纸带。	OK	

检验结论：合格	批准：

附表一

控制器各种型号参数检验标准

规格型号	精　度	标准表温度	气密性压力值	气密性泄漏标准	模拟输出	零点模拟输出	整机电流
MFC33200	±(1.5+0.5FS)%	0℃	/	产品外漏＜2.0x10-10 Pa·m3/s 阀门内漏＜1.0x10-6 Pa·m3/s	0/4-20mA 0-5/10V	/	11-24V(8~25mA)
BC/MFC1000	±(1.5+0.5FS)%	25℃	0.5±0.01MPa	<0.1sccm(量程≤1.5SLPM) <0.15sccm(1.5SLPM~30SLPM) <2.0sccm(量程≤30SLPM)	0.4-2mA 0-5V	≤0.02mA ≤0.03V	12-24V(16.5~21.5mA)
MFC2000	±(1.0S.Por0.2FS)%	0℃	/	<1.0×10^{-8}mbar·1/s (1.0×10^{-9}Pa·m^{3}/s)	0.4-2mA 0-5V	≤0.02	8~24V电压(7~15mA) 8~24V电流(10~20mA)