矽翔微机电系统（成都）有限公司

Siargo Ltd.

流量计系列气体质量流量计出厂检验报告

编号： SIAR/RE-QC12-02

版号： G/1

■ 产成品 □退修品

表单编号： 202512001

产品名称	气体质量流量计	送检数量	1	检验数量	1	检验日期	2025.12.26

客户名称	订单号	型号规格	数量	批号或编号
重庆捷定力	102592	MF5219-E-Q-1000-D	1	G7HUL43595

检验依据	企业标准及产品检验指导书

检验项目及结果

序号	检验项目	标准、要求	检验结果	检验员
1	参数设置（软件版本、最大流量、气体系数、流量单位）	见订单及对应产品检验指导书（订单无特殊要求均为默认值，结果查询生产管理系统产品记录）	Ok	总管理 2025-12-26 15:22
2	气密性	最大工作压力 5min 无泄漏(结果查询生产管理系统产品打压信息)	ok	
3	精度/误差	见附表一	Ok	
4	重复性 E_r=（E_{max}-E_{min}）/ d_n		Ok	
5	GDCF 值	GDCF=1000(A/N/O)；特殊气体 GDCF 值按照《MEMS 气体质量流量计特殊气体校准作业规范》	Ok	
6	高、低报警（MF52XX）	高：maxSLMP、低：0SLMP（见工装指示灯亮）	ok	
7	温度显示(MF57XX)	±3℃	/	总管理 2025-12-26 15:22
8	气体类型/控制方式（BC/MFC1000）	(Air:0 Ar:1 CO2:2 N2:3 O2:4 N2:5 H2:6 He:7) (模拟:0 数字:2)	/	
9	外观（含显示盒、连接线）	结构吻合良好，螺钉紧固，滤网安装正确平整、洁净，外观洁净，无损伤，标签、标示正确、完好。	Ok	
10	包装	产品配线、电源适配器等包装配件齐备，产品标签、合格证书、说明书、产品质量跟踪卡、装箱单等随机文件齐备（特殊包装要求见订单）	Ok	总管理 2025-12-26 15:22

检验结论：合格	批准： 总管理 2025-12-26 15:22

附表一**小流量计各种型号参数检验标准**

规格型号	精度	重复性	气密性压力值	气密性泄漏标准	模拟输出	零点模拟输出	整机电流
MF6600	±(0+2FS)%	±(0+0.5FS)%	2~3MPa	0.01SPLPM	/	/	12V (5.1~6.9mA)
MF52XX	±(1.5+0.5FS)%	≤(0.5+0.15FS)%	0.5±0.02MPa	<0.1sccm	/	/	12-24V (2.1~7.1mA)
MF56XX	±(1.5+0.5FS)%	≤(0.5+0.15FS)%	1.2±0.02MPa	水压保持 5min 无气泡	4-20mA	≤0.02mA	12-24V (4.5~9.5mA)
MF57XX	±(2.0+0.5FS)%	≤(0.5+0.15FS)%	0.5±0.02MPa	<0.1sccm(MF5706/08) <0.15sccm(MF5712)	/	/	12-24V (2-4mA)
MF50XX	±(1.5+0.5FS)%	≤(0.5+0.15FS)%	1.2±0.02MPa	水压保持 5min 无气泡	4-20mA	≤0.02mA	有 4~20mA(7.5-12.5mA) 无 4~20mA (1.5-4.5mA)
MF20XX	±(2.0+0.5FS)%	≤(0.75+0.15FS)%	1.2±0.02MPa	水压保持 10min 无气泡	4-20mA	≤0.02mA	12-24V (10~20mA)
MF46/47XX	±(2.0+0.5FS)%	≤(0.8+0.15FS)%	0.5±0.01MPa	<0.1sccm	0.4-2mA/ 0.5-4.5V	≤0.01mA ≤0.01V	有 4~20mA(9.5-14.5mA) 无 4~20mA (6.5-9.5mA)
FS47XX	±(1.5+0.5FS)%		0.5±0.01MPa	<0.15sccm			
BC/MFC1000	±(1.5+0.5FS)%	/	0.5±0.01MPa	<0.1sccm(量程≤1.5SLPM) <0.15sccm(1.5SLPM~30SLPM) <2.0sccm(量程≤30SLPM)	0.4-2mA/ 0-5V	≤0.02mA ≤0.03V	12-24V (16.5~21.5mA)
MFC2000	±(1.0S.P or 0.2FS)%	/	/	<1.0×10^{-9}Pa·m³/s (1.0×10^{-8}mbar·1/s)	0.4-2mA/ 0-5V	≤0.02	8-24V (20~20mA)/ 8-24V (7~1.5mA)