



矽翔微机电系统（成都）有限公司  
气体流量传感器出厂检验报告

编号：SIAR/RE-QC12-01

版号：G/2

表单编号：

|         |                                 |      |                             |      |      |       |  |
|---------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|------|-------|--|
| 产品名称    | 气体质量传感器                         | 检验依据 | 产品检验指导书                     |      | 检验日期 |       |  |
| 客户名称    | 订单号                             | 型号规格 |                             | 送检数量 | 检验数量 | 批号或编号 |  |
|         |                                 |      |                             |      |      |       |  |
| 检验项目及结果 |                                 |      |                             |      |      |       |  |
| 序号      | 检验项目                            |      | 标准、要求                       |      | 检验结果 | 检验员   |  |
| 1       | 工作电压                            |      | 见附表一                        |      | OK   |       |  |
| 2       | 工作电流                            |      | 见附表一                        |      | OK   |       |  |
| 3       | 性能参数（软件版本、最大流量、滤波深度、响应时间、通讯方式等） |      | 见订单及对应产品检验指导书（订单无特殊要求均为默认值） |      | OK   |       |  |
| 4       | 零点输出电压                          |      | 见附表一                        |      | OK   |       |  |
| 5       | 满量程输出电压                         |      | 见附表一                        |      | OK   |       |  |
| 6       | 精度/误差                           |      | 见附表一                        |      | OK   |       |  |
| 7       | 重复性                             |      | 见附表一                        |      | OK   |       |  |
| 8       | 气体系数                            |      | 见订单                         |      | OK   |       |  |
| 9       | 气密性                             |      | 压力值及泄漏标准见附表一                |      | OK   |       |  |
| 10      | 外观（含连接线等配件）                     |      | 结构吻合良好、洁净、无损伤               |      | OK   |       |  |
| 11      | 标志、标签                           |      | 产品及包装上标签齐全、正确               |      | OK   |       |  |
| 12      | 包装                              |      | 随机附件齐全(见产品检验指导书)            |      | OK   |       |  |
| 检验结论：合格 |                                 |      |                             | 批 准： |      |       |  |

说明： 1.附表一中划横线的栏目表示无相应标准，可不作检验要求，检验报告相应栏目用单横（斜）线划去；  
2.精度、重复性检验数据、参数等详见每只传感器编号在《矽翔生产管理系统》中的数据存档。

附表一 气体流量传感器各型号参数检验标准

| 型号规格                  | 工作电压(DC)        | 工作电流              | 最小输出电压               | 最大输出电压     | 最大允许误差            | 重复性    | 气密性压力值     | 气密性泄漏标准及其他                    |
|-----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|--------|------------|-------------------------------|
| AM1000                | 11.75-12.25V    | 5-8mA/485         | 0.5±0.015V           | 4.5V       | ±(0+2.5FS)%       | ——     | ——         | 15-18mA/12C 时工作电流             |
| FSP1000-D9            | 5V              | 8.6-9.1mA         | 0.4±0.01V            | 2.4V       | ±(2.0+0.5FS)%     | ≤0.5%  | ——         | 压差250 时误差±(2.0+0.8FS)%        |
| FS1015CL              | 8-24V           | 14-17mA           | 0.5±0.01V            | 4.5V       | ±(2.0+0.5FS)%     | ≤0.5%  | 0.3MPa     | 水压保持 5min 无气泡                 |
| MF/FS40XX             | 14-16V          | MF7-10/FS5-8mA    | 0.5±0.01V            | 4.5V       | ±(1.5+0.2FS)%     | ≤0.75% | 0.6MPa     | 快速精度标准详见检验指导书                 |
| FS4001                | 10-14V          | 8.5-11.5mA/232    | 0.5±0.01V            | 4.5V       | ±(1.5+0.5FS)%     | ≤0.25% | 0.6MPa     | 25-40mA/5V, 17-25mA/12C       |
| FS34001(PFLOW2001)/低压 | 8-15 V/2.7-5.5V | 8.8-10.2mA        | 1.0/0.2±0.01V        | 5.0V/2V    | ±(1.5+0.15FS)%    | ≤0.5%  | 0.5MPa     | 成品泄漏标准≤0.10scm                |
| MF/FS4300 (34300)     | (12V±15V)±5%    | 3.8-6.3/2.9-4.7mA | 1±0.01V              | 5V         | ±(1.5+0.15FS)%    | ≤0.5%  | 0.5MPa     | 成品泄漏12C 电流FS5.6-7/MF6.8/9.2mA |
| FS4800                | 12-24V          | 15-20mA           | 0±0.02V              | 10V        | ±(1.5+0.2FS)%     | ——     | 0.5MPa     | 标准表温度设置为0℃                    |
| FS5001L/低压版           | 11-13/4.5-5.5V  | ——                | 0.5±0.02V/0.25±0.01V | 4.5V/2.25V | ±(2.0+0.5FS)%     | ≤0.5%  | 0.5MPa     | 成品泄漏标准≤0.10scm                |
| FS5002H(EV)/ (EV)n    | 10V             | 8.0-10.0mA        | 1.0±0.01V            | 5.0V       | ±(2.0+0.5FS)%     | ≤0.5%  | 0.5MPa     | 成品泄漏标准≤0.10scm                |
| FS5002L(EV)/ (EV)n    | 5V              | 8.0-10.0mA        | 0.5/0.25±0.01V       | 4.5V/2.25V | ±(2.0+0.5FS)%     | ≤0.5%  | 0.5MPa     | 成品泄漏标准≤0.10scm                |
| FS6122C               | 10-18V          | 16.3-24.5mA       | 0.5±0.015V           | 4.5V       | ±(2.5+0.5FS)%     | ——     | 0.01MPa    | 定标参数详见检验指导书                   |
| FS6122D               | 11.75-12.25V    | 16.9-18.5mA       | ——                   | ——         | ±(2.5+0.5FS)%     | ——     | 0.01MPa    | 压力测试100/50/0/50/100           |
| FS7001P               | 3.3V            | 7.0-9.0mA         | 0.4~0.8V             | 2.5~3.0V   | ——                | ——     | ——         | 需要筛选零点模拟电压                    |
| FS7002S               | 5V              | 4.5-7.0mA         | 测试软件显示“PASS”         |            |                   |        | ——         | ——                            |
| FS8001/HG             | 8-24 V/2.7-5.5V | 9.0-13.5/17-20 mA | 1.0±0.025V/无         | 5.0V/无     | ±(2.0/1.5+0.5FS)% | ≤0.5%  | 0.5MPa     | 成品泄漏标准≤0.10scm                |
| FS8001E               | 8-24 V          | 9.5-11.5mA        | 0.5±0.01V            | 4.5V       | ±(2.0+0.5FS)%     | ≤1.0%  | 0.5MPa     | 成品泄漏标准≤0.10scm                |
| FS8003/P              | 12-18V          | 16-20mA           | 0.5±0.01V            | 4.5V       | ±(2.0+0.5FS)%     | ≤1.0%  | 0.2/0.5MPa | 成品泄漏标准≤0.10scm                |
| FS34001(PFLOW2001)/低压 | 8-15 V/2.7-5.5V | 8.8-10.2mA        | 1.0/0.2±0.01V        | 5.0V/2V    | ±(1.5+0.15FS)%    | ≤0.5%  | 0.5MPa     | ——                            |