

第二题

- 2、储存地点变更，需要履行什么手续 P327 下面。
- 3、原标准器坏了，重新购置更换高等级的主标准器，还继续开展对外检定，是否正确 P327
- 4、用于环境检测的温度计超过有效期，如何处置？
- 5、[检定规程](#)更新后 P327
- 6、仲裁检定证书直接发给申请人合理么？P20.

第三题：

- 1、标准装置怎么命名(P298)
- 2、小张有二级证书，还是助理工程师，能不能当计量标准负责人。(JJF1033·•可以)
- 3、自编的校准方法能不能作为建标依据 P303..
自编的校准方法能否使用 P256（确认+顾客同意）。
- 4、自编校准方法的编写依据是 JJF1071.
- 5、原始记录的涂改、盖章（划改、签名或签名缩写）。
- 6、证书报告有数据错误，证书应该怎么处理(P272)

第四题：改错题.

没有通风设备、两份修正值表（老的需要作废）、地面硅油没清洗、温度计检定过的和未检定的混用、装温度计的盒子里面有 2 个盒子加了受控文件标识的文件，
地面上有油而且危险应该咋办、测量环境温度的设备没有检定。

（摄氏度写成度、测量范围、单位、相对湿度、HZ、kum）。

期间核查的核查标准是否需要溯源?(P368).

仪器从外面回来，是否要作为期间核查点（需要，不定期）。

有证标准物质是否需要稳定性考核?(P145、稳定性、均匀性、量值准确性）。

第五题：.

- 1 背景是眼压计的强制检定，
0-300mmHg）、0-300mm、分辨力（五分之一估读）、一共 150 个格子，请填表：标尺间隔(2mmHg)、标尺间距(2mm)、量程 300mmHg、分辨力 0.4mmHg.
- 2、算血压计的不确定度和稳定性.
- 3、符合性评定
- 4、血压计属于企业用于科学研究用，需要强制检定么，可以出校准证书么。（可以）.
- 5、已建计量标准的重复性实验结果大于新建，履行什么程序。(P306).
- 6、眼压计扩展不确定度计算，分辨力引入的，重复性引入、最大允许误差引入。。
- 7、检定校准结果的验证（传递比较法， $k=3$ ， $k=2$ ，首先转化成 $k=2$ ，然后再带入公式）
- 8、 $m=1000.21V$ ， $U=78mV$ ，纠错为 $m=1000.21V$ ， $U=0.08V(k=2)$.

第六题：大背景为自动滴定仪

- 1、建标应提交的资料(P321).
 - 2、仲裁检定是否可以使用次级的社会公用计量标准。
 - 3、自编检定规程的编写依据是 JJF1002.
- 强制检定依据什么法律法规·《强制检定的工作计量器具检定管理办法》(P5).
- 3、符合性评定。

- 4、没有国家的检定规范，能用其他省的检定规程开展强检么？（地方检定规程的适用范围）
（已明确血压计为社会公用计量标准，但是不是最高等级的）
- 5、a 省 b 市的血压计销售到 c 市，向哪个部门申请强制检定？
(C 市市场监督管理部门)(P18)、C 市 z 主持考核、同级发证，
- 6、盲样试验 F1 级砝码、现场比对，问检定标准的结果是否合格（传递比较法公式，jjf1033 的 37 页）