矽翔微机电系统（成都）有限公司

气体流量传感器出厂检验报告

编号： SIAR/RE-QC12-01

版号： G/2

表单编号：

产品名称	气体质量传感器	检验依据	产品检验指导书	检验日期	

客户名称	订单号	型号规格	送检数量	检验数量	批号或编号

检验项目及结果

序号	检验项目	标准、要求	检验结果	检验员
1	工作电压	见附表一	OK	
2	工作电流	见附表一	OK	
3	性能参数（软件版本、最大流量、滤波深度、响应时间、通讯方式等）	见订单及对应产品检验指导书（订单无特殊要求均为默认值）	OK	
4	零点输出电压	见附表一	OK	
5	满量程输出电压	见附表一	OK	
6	精度/误差	见附表一	OK	
7	重复性	见附表一	OK	
8	气体系数	见订单	OK	
9	气密性	压力值及泄漏标准见附表一	OK	
10	外观（含连接线等配件）	结构吻合良好、洁净、无损伤	OK	
11	标志、标签	产品及包装上标签齐全、正确	OK	
12	包装	随机附件齐全(见产品检验指导书)	OK	

检验结论：合格	批 准：

说明： 1.附表一中划横线的栏目表示无相应标准，可不作检验要求，检验报告相应栏目用单横（斜）线划去；
2.精度、重复性检验数据、参数等详见每只传感器编号在《矽翔生产管理系统》中的数据存档。

附表一

气体流量传感器各型号参数检验标准

型号规格	工作电压(DC)	工作电流	最小输出电压	最大输出电压	最大允许误差	重复性	气密性压力值	气密性泄漏标准及其他
AM1000	11.75-12.25V	5-8mA/485	0.5±0.015V	4.5V	±(0+2.5FS)%	——	——	15-18mA/I2C 时工作电流
FSP1000-D9	5V	8.6-9.1mA	0.4±0.01V	2.4V	±(2.0+0.5FS)%	≤0.5%	——	压差2-50 时误差±(2.0+0.8FS)%
FS1015CL	8-24V	14-17mA	0.5±0.01V	4.5V	±(2.0+0.5FS)%	≤0.5%	0.3MPa	水压保持 5min 无气泡
MF/FS40XX	14-16V	MF7-10/FS:5-8mA	0.5±0.01V	4.5V	±(1.5+0.2FS)%	≤0.75%	0.6MPa	快速精度标准详见检验指导书
FS4001	10-14V	8.5-11.5mA/232	0.5±0.01V	4.5V	±(1.5+0.5FS)%	≤0.25%	0.6MPa	25-40mA/5V，17-25mA/I2C
FS34001(PFLOW2001)/低压	8-15 V/2.7-5.5V	8.8-10.2mA	1.0/0.2±0.01V	5.0V/2V	±(1.5+0.15FS)%	≤0.5%	0.5MPa	成品泄漏标准≤0.10sccm
MF/FS4300（34300）	(12V-15V)±5%	3.8-6.3/2.9-4.7mA	1±0.01V	5V	±(1.5+0.15FS)%	≤0.5%	0.5MPa	成品检漏I2C 电流FS5.6-7.MF6.8/9.2mA
FS4800	12-24V	15-20mA	0±0.02V	10V	±(1.5+0.2FS)%	——	0.5MPa	标准表温度设置为0℃
FS5001L/低压版	11-13/4.5-5.5V	——	0.5±0.02V/0.25±0.01V	4.5V/2.25V	±(2.0+0.5FS)%	≤0.5%	0.5MPa	成品泄漏标准≤0.10sccm
FS5002H(EV)/ (EV)n	10V	8.0-10.0mA	1.0±0.01V	5.0V	±(2.0+0.5FS)%	≤0.5%	0.5MPa	成品泄漏标准≤0.10sccm
FS5002L (EV)/ (EV)n	5V	8.0-10.0mA	0.5/0.25±0.01V	4.5V/2.25V	±(2.0+0.5FS)%	≤0.5%	0.5MPa	成品泄漏标准≤0.10sccm
FS6122C	10-18V	16.3-24.5mA	0.5±0.015V	4.5V	±(2.5+0.5FS)%	——	0.01MPa	定制参数详见检验指导书
FS6122D	11.75-12.25V	16.9-18.5mA	——	——	±(2.5+0.5FS)%	——	0.01MPa	压力测试100/-50/0/50/100
FS7001P	3.3V	7.0-9.0mA	0.4~0.8V	2.5~3.0V	——	——	——	需要筛选零点模拟电压
FS7002S	5V	4.5-7.0mA	测试软件显示“PASS”				——	——
FS8001/HG	8-24 V/2.7-5.5V	9.0-13.5/17-20 mA	1.0±0.025V/无	5.0V/无	±（2.0/1.5+0.5FS）%	≤0.5%	0.5MPa	成品泄漏标准≤0.10sccm
FS8001E	8-24 V	9.5-11.5mA	0.5±0.01V	4.5V	±（2.0+0.5FS）%	≤1.0%	0.5MPa	成品泄漏标准≤0.10sccm
FS8003/P	12-18 V	16-20mA	0.5±0.01V	4.5V	±（2.0+0.5FS）%	≤1.0%	0.2/0.5MPa	成品泄漏标准≤0.10sccm
FS34001(PFLOW2001)/低压	8-15 V/2.7-5.5V	8.8-10.2mA	1.0/0.2±0.01V	5.0V/2V	±(1.5+0.15FS)%	≤0.5%	0.5MPa	——