X-100 系列成品检验规范 V2.0

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 质量检验规范

文件编号	STARLAN-QS-001	**版本**	V2.0
发布日期	2025-03-10	**文档状态**	历史版本（被 V2.1 替代）
适用产品/范围	X-100 / X-100S 成品	**密级**	内部演示（虚构）

1. 目的与范围

本规范规定 X-100 与 X-100S 便携式扭矩校验仪成品出厂检验的项目、条件、抽样与判定规则。适用于星澜精密仪器（虚构）有限公司质量部及授权检验人员。

2. 引用文件

下列文件中的条款通过本规范引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期对应的版本适用；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用。

- 《环境试验细则》（资料库未收录，本文仅作为引用文件列出）
- 《成品检验抽样规定》Q/STARLAN-QA-002
- 《扭矩计量器具校准规范》Q/STARLAN-MET-001

3. 检验条件

检验环境温度应为 20 ± 5 °C，相对湿度 45%–75%，无强电磁干扰和明显振动。检验前设备应在环境中静置不少于 2 h，标准扭矩源应处于有效校准期内。

4. 检验项目与要求

下表为 V2.0 版本的检验项目。表中数值为本版本的有效要求，检验记录应注明依据版本。

表 1　成品检验项目（V2.0）

序号	项目	要求	方法	抽样/频次
1	外观	表面无裂纹、锈蚀、明显划痕；标识清晰	目视	全检
2	外形尺寸	210 × 95 × 42 mm，允许偏差 ±0.5 mm	游标卡尺	AQL 1.0

3	整机重量	0.68 ± 0.03 kg（不含携带箱）	电子秤	AQL 1.0
4	扭矩示值误差	≤ ±0.5% FS	标准扭矩仪，五点	每批 3 台
5	重复性	≤ 0.3%	同一扭矩点重复 10 次	每批 3 台
6	绝缘电阻	≥ 100 MΩ（500 VDC）	绝缘电阻测试仪	全检
7	耐压	1500 VAC / 60 s，无击穿、无飞弧	耐压测试仪	全检
8	防护等级	IP54	按 GB/T 4208 方法	每批 1 台

5. 抽样与判定

外观、绝缘电阻和耐压为关键项，任一不合格则整批拒收。一般项按 AQL 1.0 抽样，Ac 值按《成品检验抽样规定》执行；一般项不合格数超过 Ac 值时整批拒收。

检验记录保存 5 年。记录内容包括批次号、序列号、检验日期、检验员、标准器编号、环境温湿度、实测值和判定结论。

6. 版本与修订

V2.0 于 2025-03-10 发布并实施，替代 V1.4。V2.0 将耐压测试电压定为 1500 VAC，绝缘电阻下限定为 100 MΩ。后续版本如变更上述指标，应在本规范中明确标注版本和发布日期。

7. 记录表单

检验记录使用《X-100 系列成品检验记录表》QR-QA-011。记录不得使用铅笔填写；更正时应划改并签名，不得涂改。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。