X-200 出厂检验报告样例

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 出厂检验报告样例

文件编号	STARLAN-FIR-X200-001	**版本**	V1.0
发布日期	2026-09-03	**文档状态**	样例（虚构）
适用产品/范围	X-200 样品 X200-2026-0903-003	**密级**	内部演示（虚构）

1. 基本信息

表 1　样品信息

项目	内容
产品型号	X-200
序列号	X200-2026-0903-003
生产批次	2026-09-B
检验依据	X-200 出厂检验作业指导书 WI-QA-022
检验日期	2026-09-03
检验员	QA-021

2. 检验结果

表 2　检验结果

项目	实测值	判定
外观	无划伤、屏幕无亮点	合格
四通道零点	CH1–CH4 均 ≤0.02% FS	合格
扭矩示值误差	CH1 +0.08% FS；CH2 +0.06% FS	合格
通道一致性	≤0.05% FS	合格
以太网通信	Modbus TCP 连接正常	合格
接地电阻	0.8 Ω	合格
触摸屏	全区域响应正常	合格

3. 结论

该样品依据 X-200 出厂检验作业指导书检验，所检项目全部合格。本记录为虚构演示样例。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。