

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ: ถาดเจาะเลือดพร้อมใช้

2. ผลงานประเภท: นวัตกรรม

3. คำสำคัญ : เจาะเลือด สะดวก ปลอดภัยจากเข็มตำ

4. สรุปผลงานโดยย่อ : เนื่องจากผู้ป่วยที่นอนรักษาในตึกกุมารเวชกรรมใช้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ม9ข) มีการเจาะเลือดบ่อยครั้ง ในการเจาะเลือดแต่ละครั้งแพทย์และพยาบาลต้องนำอุปกรณ์ไปเจาะเลือดที่เตียงผู้ป่วย ซึ่งแพทย์บางท่านไม่ทราบว่าทางหอผู้ป่วยมีถาดสำหรับใส่อุปกรณ์เจาะเลือด บางท่านก็หาถาดใส่ อุปกรณ์เจาะเลือดไม่พบ ทำให้เตรียมอุปกรณ์เจาะเลือดไปไม่ครบ และไม่สะดวกในการถือ ซึ่งการนำอุปกรณ์ไปเจาะเลือดที่เตียงผู้ป่วยทำให้ไม่สะดวก ยากต่อการหยิบใช้ และไม่มีที่ทิ้งเข็ม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายจากเข็มตำได้ ดังนั้นจึงได้นำถาดสแตนเลสและวัสดุที่เหลือใช้ มาดัดแปลงในการทำถาดเจาะเลือด เพื่อจัดระเบียบในการเตรียมอุปกรณ์เจาะเลือดให้สะดวกต่อการหยิบใช้ สามารถใส่อุปกรณ์ได้ครบถ้วน รวมทั้งทำการบ่งใส่เข็มที่ใช้แล้ว ทำที่รอง tube เลือด และพันถุงใส่ขยะ มาจัดเตรียมวางไว้ในถาด ทำให้ดูเป็นระเบียบ สะดวก ปลอดภัยจากการถูกเข็มตำ ช่วยให้เตรียมอุปกรณ์ไปได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถเก็บขยะ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว กลับมาทิ้งได้อย่างปลอดภัย

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการหยิบใช้
2. เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการถูกเข็มตำ

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

เนื่องจากหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมใช้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ม9ข) ดูแลผู้ป่วยใช้เลือดออก ซึ่งจะมีการเจาะเลือดและเจาะ Hematocrit บ่อยครั้ง จากการปฏิบัติงานที่ผ่านแพทย์และพยาบาลต้องนำอุปกรณ์เจาะเลือดไปที่เตียงผู้ป่วย บางท่านก็จะถืออุปกรณ์ไปมือเปล่า ใส่ถุงพลาสติกบ้าง ใส่ถาดบ้าง และเตรียมอุปกรณ์ไปไม่ครบ ทำให้ต้องเสียเวลาเดินกลับมาอีกรอบ ซึ่งการนำอุปกรณ์ไปเจาะเลือดที่เตียงผู้ป่วยจะไม่สะดวกต่อการใช้งาน เพราะของจะวางรวมๆกัน ยากต่อการหยิบใช้ และไม่มีที่ทิ้งเข็มทำให้เสี่ยงต่อการถูกเข็มตำได้

7. กิจกรรมพัฒนา

1. จัดหาถาดสแตนเลส
2. จัดหากระป๋องอลูมิเนียมสำหรับใส่เข็ม
3. จัดหาที่รอง tube เลือด และนำมาตัดให้ขนาดพอเหมาะกับช่องของถาด
4. นำกระดาษรีไซเคิลมาพับเป็นถุงขยะสำหรับใส่ขยะ เช่น สำลีแอลกอฮอล์ที่ใช้แล้ว
5. นำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ใส่ลงในถาด รวมทั้งอุปกรณ์เจาะเลือดให้พร้อมใช้
6. หลังการใช้งานนำถาดถาดมาล้างทำความสะอาด และนำอุปกรณ์มาอบฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในคราวต่อไป

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จความสำเร็จที่สำคัญ

1. ทำให้สะดวก ง่ายต่อการหยิบใช้ และมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
2. ลดความเสี่ยงจากการถูกเข็มตำ
3. ช่วยให้การเตรียมอุปกรณ์ในการเจาะเลือดได้ครบถ้วน
4. เป็นการส่งเสริมการนำวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์
5. ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ระดับดีมาก
6. เป็นการนำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการทำงาน
7. ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤษภาคม 2569 – 30 กรกฎาคม 2569

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์

1. ประเมินความพึงพอใจ ปัญหา และข้อเสนอแนะในการใช้ถาดเจาะเลือดพร้อมใช้ เป็นระยะๆ ทุก 3-6 เดือน

2. ประเมินอุบัติการณ์จากการถูกมีคมตำขณะเจาะเลือด

10. บทเรียนที่ได้รับ

1. การใช้ถาดเจาะเลือดพร้อมใช้ซึ่งเป็นการวัสดุที่ใช้แล้วและวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน แต่สิ่งที่จำเป็นทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น คือการสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ตระหนักและเข้าใจตรงกันในการนำไปใช้ พร้อมทั้งยอมรับข้อเสนอแนะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป

2. การนำวัสดุมาดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์ ช่วยในการทำงานสะดวกรวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงานได้ และเพื่อลดอุบัติการณ์จากการถูกมีคมตำขณะเจาะเลือด

11. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

1. นางสาวผาณิตา ปานเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

2. นางสาวประเทือง บำรุงเมือง ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตึกกุมารเวชกรรมใช้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ม 9ข) โทร 3904 M9b.nursing@gmail.com

ถอดเจาะเลือดพร้อมใช้

แบบประเมินตนเองในการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Self Check)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับผลงาน

ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออกในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

หน่วยงานตึกกุมารเวชกรรมไข้เลือดออกและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (ม 9ข) โทร 3904

หมวดหมู่ของผลงานการพัฒนาคุณภาพ R2R

☐ เคยส่งผลงานเรื่องนี้เข้าร่วมงาน ☒ ยังไม่เคยส่งผลงานเรื่องนี้เข้าร่วมงาน

ลำดับที่	รายการ	คะแนนประเมินตนเอง				
		1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน
1	ระดับความสำเร็จของผลงาน	☐ อยู่ในกระบวนการคิด	☐ กำลังดำเนินการ	☐ ต่อยอดจากของเดิม	☒ สำเร็จแล้ว	☐ มีการขยายผลไปหน่วยงานอื่น
2	รูปแบบการทำกิจกรรม	☐ ยังไม่ชัดเจน	☐ พัฒนาจากแนวทางที่มีอยู่แล้ว	☒ ทดลองทำขึ้นใหม่	☐ มีลักษณะของ PDCA/KM/R2Rชัดเจน	☐ ยังไม่มีการทำมาก่อนในประเทศไทย
3	ผลลัพธ์ของการพัฒนา	☐ ยังไม่ชัดเจน	☐ มีความชัดเจน	☒ ใช้ประโยชน์ได้ดี	☐ ประหยัดทรัพยากร	☐ ขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น/หรือภายนอก
4	ความร่วมมือต่อการนำผลงานไปใช้	☐ คนเดียว	☐ วิชาชีพเดียว	☐ 2 วิชาชีพ	☒ ทีมสหสาขาภายในหน่วยงาน	☐ เป็นทีมสหสาขาระหว่างหน่วยงาน
5	ผลกระทบของการพัฒนา	☒ ใช้ในหน่วยงาน	☐ ใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น	☐ ใช้ร่วมกับนอกสถาบัน	☐ สามารถเปรียบเทียบกับภายนอกได้	☐ ได้รับรางวัลระดับประเทศ

รวมคะแนน

15 คะแนน